Ausgabe August 2017

UpDate!

1896 SCHWERT
SWORD SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN
SYNONYM FOR QUALITY & TRUST

Made in Germany

schwert.com

Chirurgie · Surgery

UpDate!

Skalpellklingen / Skalpellgriffe · Scalpel blades / Scalpel handles

SAFE-EX
DBGM

1033-60
Sicherheits-klingenhalter, ergonomische Form, zerlegbar
Safety blade holder, ergonomic shape, dismountable

i

SAFE-EX

Das alltägliche Verletzungsrisiko beim Aufnehmen und vor allem dem Entfernen der Klinge vom Skalpell Griff ist mit herkömmlichen Instrumenten unvermeidlich. Mit dem neuen SCHWERT SAFE-EX hat man eine Innovation geschaffen die den Praxisalltag verändert. Die im Griff integrierte Funktion, ähnlich der Benutzung eines Kugelschreibers, reduziert die Verletzungsgefahr auf ein Minimum. Die Klinge wird beim SAFE-EX per Knopfdruck am distalen Ende einfach ausgeworfen. Praxispersonal wird im Zuge der Wiederaufbereitung wirksam vor Krankheitsübertragungen und Infektionen durch Schnitte geschützt.

The daily risk of injuries by mounting and especially dismounting of blades is not avoidable by standard blade holders. With the new SCHWERT SAFE-EX an innovation was developed that changes the daily routine eminently. The integrated function that works like a regular ball pen reduces the risk of an injury to a minimum. The blade is ejected from the SAFE-EX just by pushing the button on the distal end. The practice staff, especially during the re-processing, is safe from infections caused by unintended cuts.

1033-50
Edelstahl, ergonomische Form
Stainless steel, ergonomic shape

Enthalten im Mikrochirurgie Kit 1790-100 (Seite 52)
Contained in the Microsurgery Kit 1790-100 (page 52)

	10 Stk., unsteril 10 pcs., non-sterile	100 Stk., unsteril 100 pcs., non-sterile	100 Stk., **steril** 100 pcs., **sterile**
FIG. 10	**1053-10**	**1053-110**	**1063-10***
FIG. 11	**1053-11**	**1053-111**	**1063-11***
FIG. 12	**1053-12**	**1053-112**	**1063-12***
FIG. 12D	**1053-12D**	**1053-112D**	**1063-12D***
FIG. 15	**1053-15**	**1053-115**	**1063-15***
FIG. 15C	**1053-15C**	**1053-115C**	**1063-15C***

1896 SCHWERT SWORD SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN
SYNONYM FOR QUALITY & TRUST

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

CE Alle CE gekennzeichneten Produkte gemäß Medizinprodukterichtlinie 93/42/EWG entnehmen Sie dem Index ab Seite 50.
All CE marked products according to the Medical Device Directive 93/42/EEC are mentioned in the index from page 50.

05.2018

SCHWERT
SWORD · ESPADA
EPEE · SPADA

1070-64*
FIG. 64, 3,2 cm
10 Stk., **steril**
10 pcs., **sterile**

1070-67*
FIG. 67, 3,2 cm
10 Stk., **steril**
10 pcs., **sterile**

1070-69*
FIG. 69, 3,2 cm
10 Stk., **steril**
10 pcs., **sterile**

1070-00
Mikro Skalpellklingengriff
ergonomisch, Titan
Micro scalpel blade holder
ergonomic, titanium

Weitere Skalpellklingen Figuren auf Anfrage.
Further scalpel blades figures per request.

Enthalten im Mikrochirurgie Kit 1790-100 (Seite 52)
Contained in the Microsurgery Kit 1790-100 (page 52)



1135-17
MICRO
17,5 cm
Ø 8,0 mm
mikroverzahnt,
gebogen
micro serrated,
curved

Enthalten im Mikrochirurgie Kit 1790-100 (Seite 52)
Contained in the Microsurgery Kit 1790-100 (page 52)

1136-17
MICRO
17,5 cm
Ø 8,0 mm
gebogen
curved

fein
fine



1137-17
MICRO
17,5 cm
Ø 8,0 mm
gebogen
curved

sehr fein
very fine

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

CE Alle CE gekennzeichneten Produkte gemäß Medizinprodukterichtlinie 93/42/EWG entnehmen Sie dem Index ab Seite 50.
All CE marked products according to the Medical Device Directive 93/42/EEC are mentioned in the index from page 50.

1896 SCHWERT SWORD SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN
SYNONYM FOR QUALITY & TRUST

Chirurgie · Surgery

UpDate!

Mikro Pinzetten · Micro forceps




Enthalten im Mikrochirurgie Kit 1790-100 (Seite 52)
Contained in the Microsurgery Kit 1790-100 (page 52)

1208-300
1x2 Zähne
1x2 teeth
17,5 cm

mit Fadenplatte
with suture plate

1208-320
glatt
smooth
17,5 cm

mit Fadenplatte
with suture plate

Atraumatische Instrumentenspitzen.
Atraumatic instruments tips.

1208-330
Ringpinzette
Ring forceps
17,5 cm, Ø 1,2 mm

mikrochirurgisch, atraumatisch
micro surgical, atraumatic

Atraumatische Instrumentenspitzen.
Atraumatic instruments tips.

1208-340
COOLEY
17,5 cm

mikroverzahnt, atraumatisch
micro serrated, atraumatic

1896 SCHWERT
SWORD SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN
SYNONYM FOR QUALITY & TRUST

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

CE Alle CE gekennzeichneten Produkte gemäß Medizinprodukterichtlinie 93/42/EWG entnehmen Sie dem Index ab Seite 50.
All CE marked products according to the Medical Device Directive 93/42/EEC are mentioned in the index from page 50.

05.2018

SCHWERT
SWORD · ESPADA
EPEE · SPADA

Atraumatische Instrumentenspitzen.
Atraumatic instruments tips.

1208-305
1x2 Zähne
1x2 teeth
17,5 cm

mit Fadenplatte
with suture plate

1208-345
COOLEY
17,5 cm

mikroverzahnt, atraumatisch
micro serrated, atraumatic

1208-355
Ø Ring: 2,0 mm
Ø ring: 2.0 mm
17,5 cm

Mikro Nahtpinzette
Micro suture forceps

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

CE Alle CE gekennzeichneten Produkte gemäß Medizinprodukterichtlinie 93/42/EWG entnehmen Sie dem Index ab Seite 50.
All CE marked products according to the Medical Device Directive 93/42/EEC are mentioned in the index from page 50.

1896 SCHWERT SWORD SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN
SYNONYM FOR QUALITY & TRUST



1411-08
PRICHARD
17,5 cm
Spatel / 4,0 mm Raspatorium, auswechselbar
Spatula / 4.0 mm periosteal, exchangeable

1411-02 Dissektion / Raspatorium, 1,8 / 3,4 mm, 17,5 cm, auswechselbar
Dissection / periosteal, 1.8 / 3.4 mm, 17.5 cm, exchangeable

1411-01 MOLT 2,5 / 4,0 mm, 17,5 cm

Enthalten im Mikrochirurgie Kit 1790-100 (Seite 52)
Contained in the Microsurgery Kit 1790-100 (page 52)

1411-07 2,6 / 2,6 mm 17,5 cm, fein
2.6 / 2.6 mm 17.5 cm, fine

1411-04 MICRO-BUSER 2,4 / 2,8 mm, 17,5 cm

1411-05 BUSER 3,8 / 4,2 mm, 17,5 cm

1411-06 BUSER, 3,8 / 4,2 mm, 17,5 cm, gebogen
BUSER, 3.8 / 4.2 mm, 17.5 cm, curved

1411-03 GLICKMANN FIG. 24G, 4,0 / 4,0 mm,17,5 cm

SCHWERT
SWORD · ESPADA
EPEE · SPADA

i

SCHWERT twist Serie
SCHWERT twist series

Die SCHWERT twist Instrumente mit gedrehtem Schluss vermeiden zuverlässig ein Verfangen des Fadens während des Knüpfens.

The SCHWERT twist instruments with the twisted lock avoid reliably sticking of the suture while knotting.



2000-10
twist TC
Mikro Nadelhalter
mit Schloss, 17,5 cm
Micro Needleholder
with lock, 17.5 cm

5/0 - 8/0

2000-16
twist TC
Mikro Nadelhalter
mit Schloss, 17,5 cm
Micro Needleholder
with lock, 17.5 cm

5/0 - 8/0

2000-60
twist TC
Mikro Nadelhalter
mit Schloss, 17,5 cm
Micro Needleholder
with lock, 17.5 cm

Enthalten im Mikrochirurgie Kit 1790-100 (Seite 52)
Contained in the Microsurgery Kit 1790-100 (page 52)

2000-66
twist TC
Mikro Nadelhalter
mit Schloss, 17,5 cm
Micro Needleholder
with lock, 17.5 cm

4/0 - 8/0

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

CE Alle CE gekennzeichneten Produkte gemäß Medizinprodukterichtlinie 93/42/EWG entnehmen Sie dem Index ab Seite 50.
All CE marked products according to the Medical Device Directive 93/42/EEC are mentioned in the index from page 50.

1896 SCHWERT SWORD SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN
SYNONYM FOR QUALITY & TRUST

i

Tunnelierinstrumente · Tunneling instruments

In der Parodontologie finden die Tunnelierinstrumente Einsatz zur Präparation von Spalt- und Volllappen, für spätere Kammaufbauten oder zur Deckung von Rezessionen mit Bindegewebetransplantat.
Die SCHWERT Tunnelierinstrumente erlauben eine minimalinvasive unterminierende Präparation, um große Aufklappungen zu vermeiden.

Instruments for the tunneling technique facilitates access and allowing a secure and atraumatic mucosal flap preparation.
The SCHWERT Tunneling instruments allow minimally invasive preparation to avoid big soft tissue flaps.

1705-2 Tunneliermesser FIG. 1, 1,9 / 2,5 mm, Oberkiefer, auswechselbar
Tunneling knife FIG. 1, 1.9 / 2.5 mm, maxilla, exchangeable

1705-3 Tunneliermesser FIG. 2, 1,9 / 2,5 mm, Unterkiefer, auswechselbar
Tunneling knife FIG. 2, 1.9 / 2.5 mm, mandible, exchangeable

1705-4 Mucoperiostalelevator
Micro flap elevator

1705-15 Papillenheber, 1,5 / 2,5 mm, 17,5 cm, auswechselbar
Papilla elevator, 1.5 / 2.5 mm, 17.5 cm, exchangeable

1705-25 Tunneliermesser FIG. 1, 1,9 / 2,5 mm, Oberkiefer, 18,0 cm, auswechselbar
Tunneling knife FIG. 1, 1.9 / 2.5 mm, maxilla, 18.0 cm, exchangeable

1705-35 Tunneliermesser FIG. 2, 1,9 / 2,5 mm, Unterkiefer, 18,0 cm, auswechselbar
Tunneling knife FIG. 2, 1.9 / 2.5 mm, mandible, 18.0 cm, exchangeable

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

CE Alle CE gekennzeichneten Produkte gemäß Medizinprodukterichtlinie 93/42/EWG entnehmen Sie dem Index ab Seite 50.
All CE marked products according to the Medical Device Directive 93/42/EEC are mentioned in the index from page 50.

SCHWERT
SWORD · ESPADA
EPEE · SPADA



1790-130
Tunnelier Kit,
beinhaltet:
1705-1, 1705-2, 1705-3,
1705-4, 2599-05
Tunneling Kit,
consisting of:
1705-1, 1705-2, 1705-3,
1705-4, 2599-05

1705-55 Orbanmesser modifiziert für die Tunnelier-Technik
Orban knife, modified for tunneling technique

Spezielle Biegungen der Arbeitsenden und die feine Pfeilspitze ermöglichen eine einfache Tunnelpräparation an den schwer zugänglichen Seitenzahnbereichen.
Special bendings of the working tips and the fine arrow tip allow an easy tunnel preparation at the posterior region which are usually difficult to access.

1705-65 Parodontal Messer KGF8 modifiziert für die Tunnel-Technik
Periodontal knife KGF8 modified for tunneling technique

Abgewinkelte und im vorderen Drittel, leicht gebogene Arbeitsenden erleichtern den Zugang und ermöglichen dadurch, ein ideales Tunnelierergebnis im Seitenzahnbereich.
Bent and in the first third, slightly curved working tips, facilitate the access and allow due to that an ideal tunneling result in the posterior region.

1705-75 Parodontal Messer FIG. 1 gerade / gebogen
Periodontal knife FIG. 1 straight / curved

Leicht gebogenes Arbeitsende für den ersten initialen Zugang im Frontzahnbereich. Mit der Lanzenförmigen Spitze kann dann weiter dissektiert werden.
Slightly curved working tip for the initial access in the front teeth area. With the lance-shaped tip it is then easy to perform the dissection.

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

CE Alle CE gekennzeichneten Produkte gemäß Medizinprodukterichtlinie 93/42/EWG entnehmen Sie dem Index ab Seite 50.
All CE marked products according to the Medical Device Directive 93/42/EEC are mentioned in the index from page 50.

1896 SCHWERT SWORD SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN
SYNONYM FOR QUALITY & TRUST

i

Meißel · Chisels

Zur chirurgischen Kronenverlängerung, Knochenkonturierung und Knochengewinnung. Vor allem in Wurzelnähe sollte der Zahn nicht mit oszillierenden oder rotierenden Instrumenten in Berührung kommen, da dies zu Schäden im Wurzelzement oder im Dentin in Knochennähe führen kann. Gehärtete Schneiden, korrekte Schnittwinkel und präziser Schliff gewährleisten einen schnellen und möglichst schonenden Eingriff.

For surgical crown lengthening, bone shaping and bone removing. Especially near the root, the contact with oscillating or rotating instruments should be avoided. This may cause damage to the root cementum or the dentin. Special hardened blades, correct cutting edges and a precise finish ensure fast and gentle treatments.

1650-1 OCHSENBEIN FIG. 1, 16,0 cm



1650-2 OCHSENBEIN FIG. 2, 16,0 cm

1650-30 OCHSENBEIN FIG. 3

1650-40 OCHSENBEIN FIG. 4

1650-365 RHODES BACK ACTION FIG. 36/37

1651-1 FEDI FIG. 1

1651-2 FEDI FIG. 2

1650-15 WEDELSTAEDT FIG. 5/6

1896 SCHWERT SWORD SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN
SYNONYM FOR QUALITY & TRUST

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

CE Alle CE gekennzeichneten Produkte gemäß Medizinprodukterichtlinie 93/42/EWG entnehmen Sie dem Index ab Seite 50.
All CE marked products according to the Medical Device Directive 93/42/EEC are mentioned in the index from page 50.

SCHWERT
SWORD · ESPADA
EPEE · SPADA



1139-11L
METZENBAUM
10,5 cm
Präparierschere, gerade
undermining /
dissecting scissors, straight



1111-400L
IRIS SC
11,5 cm
gebogen
curved

1111L
IRIS
11,5 cm
gebogen
curved

1110L
IRIS
11,5 cm
gerade
straight

i

Linkshänderscheren · Left-handed scissors

Die meisten der 10-20 Prozent Linkshänder in der Bevölkerung kennen das Problem mit Standardscheren, die für Rechtshänder entworfen sind.
Scheren werden täglich sehr oft in der Praxis für die verschiedensten Anwendungen benötigt.
Für Linkshänder ist bei „normalen" Scheren vor allem die Schnittkante schlecht zu sehen.
Eine präzise Schnittführung ist damit nur sehr erschwert, oder überhaupt nicht möglich.
Hier bieten die speziellen Scheren von SCHWERT eine deutliche Erleichterung im Praxisalltag.

Most of the 10-20 percent part of left handed know about their problems with standard surgical scissors. Scissors are used very often during the day in your practice.
For left handed it is quite difficult to see the cutting edge of "regular" scissors. Therefore a precise cut is almost impossible.
The new left handed SCHWERT scissors will improve your daily work a lot.

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

CE Alle CE gekennzeichneten Produkte gemäß Medizinprodukterichtlinie 93/42/EWG entnehmen Sie dem Index ab Seite 50.
All CE marked products according to the Medical Device Directive 93/42/EEC are mentioned in the index from page 50.

1896 SCHWERT SWORD SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN
SYNONYM FOR QUALITY & TRUST

i

ULTRA Scheren · ULTRA scissors

In der Praxis sind perfekt funktionierende Instrumente gefordert um Zeit zu sparen und noch präzisere Eingriffe zu ermöglichen. Die neuen schwarz beschichteten SCHWERT ULTRA Scheren vereinigen dabei die Vorteile bekannter SuperCut Scheren mit einer extrem harten und widerstandsfähigen Oberfläche:

- Extrem harte und glatte Oberfläche für präzisen Gang und geringen Verschleiß
- SuperCut Schliff für rasiermesserscharfes Schneiden und weniger Trauma. Ein Scherblatt mikroverzahnt damit Faden oder Weichgewebe nicht abrutschen
- Die blendarme schwarze Beschichtung verbessert die Sicht und bietet hervorragenden Kontrast im ausgeleuchteten Mundraum für noch präzisere Eingriffe
- Besonders beständig gegen Chemikalien in der Wiederaufbereitung
- Als „La Grange" Figur erhältlich › Anatomische S-Form für guten Zugang in allen Quadranten

In todays practice perfectly functioning instruments are required to save time and still allow more precise treatments. The new black coated SCHWERT ULTRA Scissors combine the advantages of known SuperCut with an extremely hard and durable surface:

- Extremely hard and smooth coating for a precise feeling and less wear
- SuperCut finish for razor sharp cutting and less trauma. One blade micro serrated so that thread or soft tissue will not slip off
- The low-glare black coating improves visibility and provides excellent contrast to the gingiva. For even more precise surgical interventions
- Highly resistant to chemicals and thus excellently clean and sterilizable
- Available as "La Grange" figure › Anatomical S-shape for easy access in all mouth areas



1110-400B
IRIS ULTRA
11,5 cm
gerade
straight

1110-400
IRIS SC
11,5 cm
gerade
straight

1111-400B
IRIS ULTRA
11,5 cm
gebogen
curved

1111-400
IRIS SC
11,5 cm
gebogen
curved

1133-400B
LA GRANGE ULTRA
11,5 cm
S-Form
S-shape

1133-400
LA GRANGE SC
11,5 cm
S-Form
S-shape

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

CE Alle CE gekennzeichneten Produkte gemäß Medizinprodukterichtlinie 93/42/EWG entnehmen Sie dem Index ab Seite 50.
All CE marked products according to the Medical Device Directive 93/42/EEC are mentioned in the index from page 50.

ULTRA SCHEREN SCISSORS

SCHWERT
SWORD · ESPADA
EPEE · SPADA

1117-400B
GOLDMANN-FOX ULTRA
13,0 cm
gebogen
curved

1117-400
GOLDMANN-FOX SC
13,0 cm
gebogen
curved

1125-400B
JOSEPH ULTRA
14,0 cm
gebogen
curved

1125-400
JOSEPH SC
14,0 cm
gebogen
curved

1139-400B
METZENBAUM
ULTRA
14,0 cm
gebogen
curved

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

CE Alle CE gekennzeichneten Produkte gemäß Medizinprodukterichtlinie 93/42/EWG entnehmen Sie dem Index ab Seite 50.
All CE marked products according to the Medical Device Directive 93/42/EEC are mentioned in the index from page 50.

1896 SCHWERT SWORD SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN
SYNONYM FOR QUALITY & TRUST

i

SCHAEFER Wundhaken / Wangenhalter
SCHAEFER wound / cheek retractor

Kombinierter Wundhaken und Wangenhalter SCHAEFER Doppelt funktionelles Instrument zum Abhalten des Lappens und der Wange bei chirurgischen Eingriffen wie Implantation und Wurzelspitzenresektion.

Combined wound and cheek retractor SCHAEFER Dual-purpose instrument for the retraction of flaps and cheek during surgery such as implantation and apicectomy.

2513
MATY
17,0 cm

2514
MATY
16,0 cm
Kinder
children

1935
SCHAEFER
23,0 cm

i

MATY Abhalter · retractor

- Patientenfreundlich
- universell für OK und UK
- kein Herausnehmen bei Unterbrechnung
- patient friendly
- universal maxilla / mandible
- no need to remove during interruptions

1896 SCHWERT SWORD SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN
SYNONYM FOR QUALITY & TRUST

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

CE Alle CE gekennzeichneten Produkte gemäß Medizinprodukterichtlinie 93/42/EWG entnehmen Sie dem Index ab Seite 50.
All CE marked products according to the Medical Device Directive 93/42/EEC are mentioned in the index from page 50.

05.2018

SCHWERT
SWORD · ESPADA
EPEE · SPADA

Mikroretraktor · Micro retractor

Mikroretraktor für Weichgewebsmanagement. Insbesondere geeignet zum Abhalten von feinsten und sehr kleinen Lappen für minimalinvasive Behandlungen

Micro retractor for soft tissue management.Perfectly suited for retracting very fine and very small flaps for minimal invasive treatments.

Der **Kim Retraktor** eignet sich hervorragend für das Abhalten des Weichgewebs bei der 8er Extraktion. Durch seine schlanke Form lässt sich das Instrument ideal in allen Quadranten positionieren. Die 45° Biegung in Verbindung mit der Mikroverzahnung lässt ein patientenfreundliches Abhalten ohne Abgleiten am Knochen zu.

The **Kim retractor** is excellent suited for keeping away the soft tissue during wisdom teeth extractions. Due to its slim shape it is very easy to place the instrument in every area of the jaw. The 45° angle in combination with the micro serration allows a very patient friendly retracting without slipping away from the bone.

Bilder von Dr. Sergio Kahn, Brasilien · pictures by Dr. Sergio Kahn, Brazil

1402
Mikroretraktor
17 cm, Breite 3 mm
Micro retractor
17 cm, width 3 mm

1933-1
KIM
10,5 mm breit, flach, 45° gewinkelt
10.5 mm width, flat, 45° angulated

1933-50
LASTER Spezialwundhaken
für obere impaktierte Weisheitszähne, 10 cm
LASTER special wound retractor
for upper impacted wisdom teeth, 10 cm

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

CE Alle CE gekennzeichneten Produkte gemäß Medizinprodukterichtlinie 93/42/EWG entnehmen Sie dem Index ab Seite 50.
All CE marked products according to the Medical Device Directive 93/42/EEC are mentioned in the index from page 50.

1896 SCHWERT SWORD SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN
SYNONYM FOR QUALITY & TRUST

Chirurgie · Surgery

UpDate!

Saugkanülen · Suction tubes

2559-1
FRAZIER
Ø 2,0 mm
18,0 cm

2559-2
FRAZIER
Ø 3,0 mm
18,0 cm

2562-1
MATY
Chirurgischer Absauger
Titanspitze, geschlitzt,
Ø 1,5 mm
Surgical aspirator with slot,
titanium tip, Ø 1.5 mm

2562-2
MATY
Chirurgischer Absauger
Titanspitze, geschlitzt,
Ø 3,0 mm
Surgical aspirator with
slot, titanium tip,
Ø 3.0 mm

Anschluss
Ø 6,0 mm
Connection
Ø 6.0 mm

Anschluss
Ø 6,0 mm
Connection
Ø 6.0 mm

2564-15 Ø 1,5 mm
2564-30 Ø 3,0 mm
2564-50 Ø 5,0 mm

Chirurgischer Absauger, rostfrei mit Schlitz im Arbeitsende um Festsaugen zu verhindern.
Surgical suction tube, stainless steel, with slot at the working end in order to prevent from adhering during suction.

1225-15TC
DE BAKEY
atraumatisch mit TC-Einlagen
Länge 15 cm, Breite 1,5 mm,
TC-Länge 6 mm, Riefung Länge 4 mm
atraumatic with TC inserts
length 15 cm, width 1.5 mm,
TC length 6 mm, serration length 4 mm

1896 SCHWERT SWORD SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN
SYNONYM FOR QUALITY & TRUST

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

CE Alle CE gekennzeichneten Produkte gemäß Medizinprodukterichtlinie 93/42/EWG entnehmen Sie dem Index ab Seite 50.
All CE marked products according to the Medical Device Directive 93/42/EEC are mentioned in the index from page 50.

SCHWERT
SWORD · ESPADA
EPEE · SPADA

i

SCHWERT Design · LUCAS Küretten · LUCAS curettes

Die bewährten Lucas Küretten im SCHWERT Design Griff für ein optimales Handling. Die Größen 1,5 mm, 2,5 mm und 3,0 mm sind nun neben der Standardausführung auch mit gezahnten Arbeitsenden verfügbar. Die feine Zahnung ermöglicht dabei eine ideale Behandlung, im Bereich der Zystenentfernung und wirkt effektiv einem Wegrutschen, an der zu behandelnden Stelle entgegen.

The proven Lucas curettes in the SCHWERT design handle for a precise handling. The sizes 1.5 mm, 2.5 mm and 3.0 mm are now beside the standard figures also available with serrated working tips. The fine serration allows an ideal treatment in the area of removing cysts and avoids effectively a slipping away from the spot which has to be treated.



1372-0 LUCAS Kürette, Ø 1,5 mm, ungezahnt
LUCAS curette, Ø 1.5 mm, non-serrated

1372-1 LUCAS Kürette, Ø 2,5 mm, ungezahnt
LUCAS curette, Ø 2.5 mm, non-serrated

1372-2 LUCAS Kürette, Ø 3,0 mm, ungezahnt
LUCAS curette, Ø 3.0 mm, non-serrated

1372-10 LUCAS Kürette, Ø 1,5 mm, gezahnt
LUCAS curette, Ø 1.5 mm, serrated

1372-11 LUCAS Kürette, Ø 2,5 mm, gezahnt
LUCAS curette, Ø 2.5 mm, serrated

1372-12 LUCAS Kürette, Ø 3,0 mm, gezahnt
LUCAS curette, Ø 3.0 mm, serrated

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

CE Alle CE gekennzeichneten Produkte gemäß Medizinprodukterichtlinie 93/42/EWG entnehmen Sie dem Index ab Seite 50.
All CE marked products according to the Medical Device Directive 93/42/EEC are mentioned in the index from page 50.

1896 SCHWERT SWORD SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN
SYNONYM FOR QUALITY & TRUST

P-LUX PERIOTOM



Flexibles Arbeitsende
Flexible working tip

617-20
P-LUX Periotom
P-LUX Periotome

i

P-LUX Periotom · P-LUX Periotome

Trennung der Scharpey'schen Fasern mit dem neuen SCHWERT P-LUX Periotom. Um eine möglichst atraumatische Zahnextraktion durchzuführen, ist es angebracht vor dem Einsatz eines Wurzelhebers oder einer Zahnzange die Scharpey'schen Fasern mittels eines Periotoms zu durchtrennen. Hierzu wird das Periotom vor der Extraktion durch den Sulcus gezogen. Die ordnungsgemäße Anwendung schont die umliegende Gingiva und das Periost. Das SCHWERT P-LUX Griffdesign garantiert dabei ein sicheres und taktiles Handling. **Besonders hervorzuheben ist dabei die außergewöhnlich hohe Stabilität der Klinge. Durch ihre Flexibilität passt sie sich optimal der Wurzelkontur an und gleichzeitig kann ein hoher Druck aufgebaut werden.**

Cutting of sharpey's fibres with the new SCHWERT P-LUX periotome. To accomplish an atraumatic extraction the Sharpey's fibres should be separated by using a periotome primary to the use of extraction forceps or elevators. Therefore the Periotome is driven thru the sulcus. The proper use prevents the surrounding gingiva and the periost. The SCHWERT P-LUX handle design secures a safe and tactile handling. The blade of this periotome has to be highlighted specially – **the blade is flexible and adapts perfectly to root structures, simultaneously due to its high stability it is possible to gain a certain pressure.** This is possible by choosing a special medical stainless steel and hardening treatment.

1706-1 17,0 cm

1706-2 17,0 cm

1706-3 17,0 cm

1896 SCHWERT SWORD SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN
SYNONYM FOR QUALITY & TRUST

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

CE Alle CE gekennzeichneten Produkte gemäß Medizinprodukterichtlinie 93/42/EWG entnehmen Sie dem Index ab Seite 50.
All CE marked products according to the Medical Device Directive 93/42/EEC are mentioned in the index from page 50.

05.2018

P-LUX

SCHWERT
SWORD · ESPADA
EPEE · SPADA

i

P-LUX · P-LUX

Die neuen **P-LUX** sind eine moderne, universelle und komplette Serie von Extraktionsinstrumenten in einem Tray. Das neue Griffdesign ist höchst ergonomisch, verhindert ein unbeabsichtigtes Abrutschen während des Gebrauchs und garantiert außerdem eine direkte und kontrollierte Kraftübertragung. Zahn- und Wurzelfrakturen werden verhindert. Alle Instrumente sind perfekt zur atraumatischen Zahnextraktion geeignet, ohne angrenzende Strukturen zu zerstören. Die Farbmarkierung erlaubt eine übersichtliche Anwendung.

The new **P-LUX** are the modern, universal and complete extraction instrument series in one tray. The new handle design is highly ergonomic and prevents unintended slipping during the usage. It also guarantees a direct and controlled power transmission to prevent from tooth and root fractures. All instruments are perfectly suited for a non-traumatic tooth extraction without injuring surrounding structures. The color coding ensures a fast and easy handling.

2599-10
Protector für bis zu 8 Instrumente,
180 x 136 x 27 mm
Protector for up to 8 instruments,
180 x 136 x 27 mm



617-100
P-LUX Set, beinhaltet:
617-01, 617-03, 617-04, 617-06, 617-07, 617-20,1371-1, 2599-10
P-LUX set, consisting of:
617-01, 617-03, 617-04, 617-06, 617-07, 617-20,1371-1, 2599-10

617-100S
P-LUX Set, beinhaltet:
617-01, 617-03, 617-04, 617-06, 617-07, 617-20, 1372-11, 2599-10
P-LUX set, consisting of:
617-01, 617-03, 617-04, 617-06, 617-07, 617-20,1372-11, 2599-10

i

P-LUX Anwendung · P-LUX application

1. Initiales Lösen der Desmodontalfasern mit dem P-LUX Desmotom. Arbeitsposition Bleistiftgriff.

1. Initial loosening of the desmodontal fibres with the P-LUX desmotome. Working position pencil handle.

2. Progressive Luxation mit den P-LUX Instrumenten (von schmal, zu breit). Ideale Positionen: Approximal (mesial oder distal) zum zu extrahierenden Zahn.

2. Progressive luxation with the P-LUX instruments (first narrow then wide). Best positions: Approximal (mesial or distal) to the tooth to be extracted!

3. Komplette Luxation unter Verwendung eines breiten P-LUX Instruments. Schonende Extraktion ohne Wurzelfraktur!

3. Complete luxation with support of a wide P-LUX instrument. Gentle extraction without root fractures!

4. Inspektion der leeren Zahnalveole. **Wichtig: Komplette Entfernung aller entzündlichen und konvektiven Gewebestrukturen.**

4. Inspection of the empty tooth socket. **Important: Complete removal of all inflammable and connective tissue structures.**



617-01 P-LUX FIG. 1, 2,5 mm, gerade, grün, für Frontzähne und Oberkiefer
P-LUX FIG. 1, 2.5 mm, straight, green, for front teeth and upper jaw



617-02 P-LUX FIG. 2, 3,0 mm, gerade, grün, für Frontzähne und Oberkiefer
P-LUX FIG. 2, 3.0 mm, straight, green, for front teeth and upper jaw



617-03 P-LUX FIG. 3, 4,5 mm, gerade, grün, für Frontzähne und Oberkiefer
P-LUX FIG. 3, 4.5 mm, straight, green, for front teeth and upper jaw



617-04 P-LUX FIG. 4, 2,5 mm, gebogen, blau, für Unterkiefer
P-LUX FIG. 4, 2.5 mm, curved, blue, for lower jaw

1896 SCHWERT SWORD SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN
SYNONYM FOR QUALITY & TRUST

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

CE Alle CE gekennzeichneten Produkte gemäß Medizinprodukterichtlinie 93/42/EWG entnehmen Sie dem Index ab Seite 50.
All CE marked products according to the Medical Device Directive 93/42/EEC are mentioned in the index from page 50.

P-LUX



617-05 P-LUX FIG. 5, 3,0 mm, gebogen, blau, für Unterkiefer
P-LUX FIG. 5, 3.0 mm, curved, blue, for lower jaw



617-06 P-LUX FIG. 6, 4,5 mm, gebogen, blau, für Unterkiefer
P-LUX FIG. 6, 4.5 mm, curved, blue, for lower jaw



617-08 P-LUX FIG. 8, gebogen, rot, distal Wurzelheber
P-LUX FIG. 8, curved, red, distal elevator



617-09 P-LUX FIG. 9, gebogen, rot, mesial Wurzelheber
P-LUX FIG. 9, curved, red, mesial elevator



617-10 P-LUX FIG. 10, gebogen, gelb, distal Wurzelheber
P-LUX FIG. 10, curved, yellow, distal elevator



617-11 P-LUX FIG. 11, gebogen, gelb, mesial Wurzelheber
P-LUX FIG. 11, curved, yellow, mesial elevator

SCHWERT
SWORD · ESPADA
EPEE · SPADA

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

CE Alle CE gekennzeichneten Produkte gemäß Medizinprodukterichtlinie 93/42/EWG entnehmen Sie dem Index ab Seite 50.
All CE marked products according to the Medical Device Directive 93/42/EEC are mentioned in the index from page 50.

1896 SCHWERT
SWORD SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN
SYNONYM FOR QUALITY & TRUST

P-LUX



617-07 P-LUX FIG. 7, Desmotom, gerade, gelb, zum initialen Lösen der Desmodontalfasern
P-LUX FIG. 7, desmotome, straight, yellow, for initial cutting of the desmodontal fibres



617-12 P-LUX FIG. 12, Desmotom gebogen, rot, für distalen Zugang
P-LUX FIG. 12, desmotome, curved, red, distal angulation



617-13 P-LUX FIG. 13, Desmotom gebogen, rot, für mesialen Zugang
P-LUX FIG. 13, desmotome, curved, red, mesial angulation



617-14 P-LUX FIG. 14, Desmotom linksgebogen, gelb, für linguales bzw. bukkales Luxieren
P-LUX FIG. 14, desmotome, left-bending, yellow, for lingual / buccal luxation



617-15 P-LUX FIG. 15, Desmotom rechtsgebogen, gelb, für linguales bzw. bukkales Luxieren
P-LUX FIG. 15, desmotome, right-bending, yellow, for lingual / buccal luxation

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

CE Alle CE gekennzeichneten Produkte gemäß Medizinprodukterichtlinie 93/42/EWG entnehmen Sie dem Index ab Seite 50.
All CE marked products according to the Medical Device Directive 93/42/EEC are mentioned in the index from page 50.

SCHWERT
SWORD · ESPADA
EPEE · SPADA

i

SCHWERT Zahnzangen · SCHWERT extraction forceps

- Präzise, anatomisch ausgeformte Arbeitsenden mit Haftprofil
- Ergonomisch grazile Form für optimale Taktilität und Kontrolle
- Teflonscheibe im Zangenschloss für langen gleichmäßigen Gang
- Temperaturresistent bis zu 250°C

Nun auch vorsortiert in der praktischen 10er Box. Im Set enthalten sind die gängigsten Zangen Figuren um alle Zähne möglichst schonend zu extrahieren. Im Detail enthalten sind:

- Anatomically precise shaped and serrated gripping jaws
- Ergonomically and slender shaped for superior tactillity at good control
- Teflon disc inside the lock for a smooth handling
- temperature resistant up to 250°C

Now also available in the practicable box with 10 instruments. The set consists of the most common forceps pattern to extract all teeth as gentle as possible. The set consists in detail of:

152-100
SCHWERT Zahnzangen 10er Box
SCHWERT Extraction forceps 10pcs box



152-2
FIG. 2
16,0 cm
Anterior teeth



152-7
FIG. 7
16,0 cm
Premolars



152-17
FIG. 17
16,0 cm
Molars right



152-18
FIG. 18
16,0 cm
Molars left



152-67A
FIG. 67A
17,5 cm
Molars / wisdom tooth



152-51A
FIG. 51A
17,0 cm
Roots



152-33
FIG. 33
14,5 cm
Anterior, Premolars, Roots



152-13
FIG. 13
14,5 cm
Anterior, Premolars



152-22
FIG. 22
14,0 cm
Molars



152-79
FIG. 79
16,0 cm
Molars / wisdom tooth

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

CE Alle CE gekennzeichneten Produkte gemäß Medizinprodukterichtlinie 93/42/EWG entnehmen Sie dem Index ab Seite 50.
All CE marked products according to the Medical Device Directive 93/42/EEC are mentioned in the index from page 50.

i

Modifizierter Heber nach BECK
Modified Elevator BECK

Der modifizierte BECK Heber erlaubt eine optimierte interdentale Luxation. Herkömmliche Wurzelheber verfügen über einen runden Instrumentenrücken. Diese Geometrie bietet keine Abstützungspunkte am Nachbarzahn. Der SCHWERT Heber nach BECK besitzt auf der Instrumentenrückseite mehrere Flächen und keinen Radius. Hiermit wird die Anzahl der Abstützungspunkte auf 5 erhöht. Im Ergebnis verlängert sich die einwirkende Hebekraft während der Luxation um mehr als das Doppelte, was die Luxation deutlich verkürzt und optimiert.

The new modified BECK Elevator allows an optimized interdental luxation. Standard elevators have a round back surface at the working tip. But a radius doesn't give brace support. With the flattened geometry of the new SCHWERT BECK elevator the number of supporting points is increased to 5. As a result the lifting power is more than doubled during the luxation, it is easier and time saving.

1. Durch den feinen und flachen Ellipsenschliff an der Instrumentenspitze ist ein schonendes Eindringen in den Approximalraum gewährleistet. Die seitliche Verzahnung erzeugt zusätzlichen Grip am zu extrahierenden Zahn.

1. The elliptical and thin tip shape simplifies the approximal insertion. The serration generates additional grip on the extracted tooth.

2. Bedingt durch die Formgebung der Instrumentenspitze stehen 180° hebende Kraft am zu extrahierenden Zahn zur Verfügung (90° bei herkömmlichen Hebern). Die Extraktion wird so deutlich unterstützt.

2. Because of the tips shape 180° lifting power are available at the tooth to be extracted (Standard elevators are granting less than 90°). With the BECK elevator the extraction is performed much faster and easier.

3. Durch die spezielle Formgebung ist eine axial hebelnde Belastung der Instrumentenspitzen zu vermeiden, da dies zu Bruch führen kann. Für Schäden, welche durch unsachgemäßen Gebrauch der Instrumente entstehen, können wir keine Haftung übernehmen.

3. It is not foreseen, to use the instrument as an axial lever, as shown on the picture or in any other way. Because of the special shape an over strengthening of the tip may cause breakage. We assume no liability for these damage.

Back Surface

615-1
BECK
2,8 mm

615-2
BECK
3,5 mm

615-3
BECK
4,0 mm

1896 SCHWERT SWORD SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN
SYNONYM FOR QUALITY & TRUST

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

CE Alle CE gekennzeichneten Produkte gemäß Medizinprodukterichtlinie 93/42/EWG entnehmen Sie dem Index ab Seite 50.
All CE marked products according to the Medical Device Directive 93/42/EEC are mentioned in the index from page 50.

SCHWERT
SWORD · ESPADA
EPEE · SPADA

i

Wurzelheber FIG. 77R · Root elevator FIG. 77R

Aufgrund der Biegung des Instrumentes ist ein sehr guter Zugang am Approximalkontakt zum 8er Zahn in allen Quadranten möglich. Die feine, gezahnte Spitze erlaubt ein schonendes Luxieren.

The angulation of the instrument secures an excellent access on the approximal contact to tooth no. 8 in all quadrants. The fine serrated tip allows a gentle luxation.

Die feine Maulrandzahnung stellt sicher, dass der Zahn beim Luxieren nicht vom Instrument abgleitet.

The fine serrated edges assure that the tooth will not slide from the instrument during luxation.

ACHTUNG! Es ist nicht vorgesehen, diese Instrumente hebelnd einzusetzen.

ATTENTION! Don't use the instrument as a lever.



ACHTUNG! Bitte vermeiden Sie die punktuelle Überbelastung des Instruments auf der absoluten Spitze. Dies kann zum Ausbrechen des Arbeitsendes führen.

ATTENTION! Please avoid any punctual overstressing of the instrument on its absolute tip, as the working tip might break off.

Für Schäden, welche durch unsachgemäßen Gebrauch der Instrumente entstehen, können wir keine Haftung übernehmen.

We cannot assume any liability for damages caused by improper use of the instruments.

614-30

Apical Wurzelheber Fig. #77R, hervorragend geeignet für 8er
Apical root elevator fig. #77R, perfectly suited for wisdom teeth

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

CE Alle CE gekennzeichneten Produkte gemäß Medizinprodukterichtlinie 93/42/EWG entnehmen Sie dem Index ab Seite 50.
All CE marked products according to the Medical Device Directive 93/42/EEC are mentioned in the index from page 50.

1896 SCHWERT SWORD SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN
SYNONYM FOR QUALITY & TRUST

i

Knochenmahlzange · Bone mill forceps

Knochenmahlzange zur Gewinnung von autologem Knochenmaterial.

- Titan-Mahlwerk austauschbar
- Mahlwerk vollständig zerlegbar
- Kein Materialverlust
- RKI-Richtlinien konform, da einfach zu reinigen
- Spezieller Zangenrohling, welcher paralleles Schließen des Mahlwerks gewährleistet
- Optimales Mahlergebnis
- Anschlagschraube verhindert direkten Kontakt der Mahlflächen, was die Lebensdauer des Mahlwerks erhöht

Bone mill forceps for the preparation of autologous bone material.

- Exchangeable titanium bone mill inserts
- Easy to clean
- No loss of bone material
- Conform to the RKI-guidelines
- Specially designed new forceps, which allows parallel closing of the milling parts
- Maximum milling result
- Stop screw avoids direct contact of the milling parts andprotects from wear



1722-01
(ohne Abbildung · without illustration)
oberes Mahlwerk, Titan
upper milling part, titanium

1722-02
(ohne Abbildung · without illustration)
unteres Mahlwerk, Titan
lower milling part, titanium

1722
Knochenmahlzange
Bone mill forceps

i

Knochenfalle · Bone trap

Knochenfalle / Saugkanüle mit Filter. Bereits während der Präparation des Implantatlagers kann die Knochenfalle zur Gewinnung autologen Knochenmaterials genutzt werden. Zur Reinigung und Wiederaufbereitung ist sie RKI konform komplett zerlegbar und der integrierte Edelstahlfilter ist für mehrfache Verwendung geeignet.

Bone trap / Suction tube incl. filter. Already during the preparation of the implant site, the bone trap may be used to gain autologous bone material. It is completely dismountable for cleaning and maintenance. The stainless steel filter is designed for multiple use.



2561-21
Filter
Filter

2561-2
Knochenfalle inkl.Filter
Bone trap incl. filter

1896 SCHWERT SWORD SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN
SYNONYM FOR QUALITY & TRUST

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

CE Alle CE gekennzeichneten Produkte gemäß Medizinprodukterichtlinie 93/42/EWG entnehmen Sie dem Index ab Seite 50.
All CE marked products according to the Medical Device Directive 93/42/EEC are mentioned in the index from page 50.

1732-10

i

Krekeler Messschieber · Krekeler caliper

Das Setzen von Implantaten wird durch den Messschieber nach Prof. Krekeler, um ein vielfaches erleichtert.
Inserting Implants gets much easier and effective due the caliper acc. to Prof. Krekeler.

Funktionsweise des Krekeler Messschiebers

Durch die genau 1,5 mm dicken Messdorne kann sofort der maximale Durchmesser des Implantats bestimmt werden. Nach wissenschaftlichen Erkenntnissen sollte eine Knochenwandung von mindestens 1,5 mm Dicke erhalten werden um ein Resorbieren des Knochens nach der Implantation auszuschliessen.

Während der Messung des Interdentalspalts kann am Nonius über die IN Markierung der maximal mögliche Implantatdurchmesser abgelesen werden. Eine korrekte Messung wird durch Anlegen der Messdorne unter Berührung des Zahnhalses der Nachbarzähne vorgenommen. Über die OUT Markierung ist das Gesamtmaß ablesbar.

Functionality of the Krekeler caliper

For a maximum stability always the widest possible implant diameter should be chosen. Due to the exactly 1.5 mm measuring rods, you can read the maximum diameter directly. Due to scientific research in order to avoid bones resorbtion after the implantological treatment, there should be a wall of at least 1.5 mm of bone material to each side.

During the measurement of the interdental gap, it is possible to read directly the maximum implant diameter from the IN mark. A correct measurement is performed by applying the rods at the cervix dentis of the neighboring teeth. From the OUT mark you may read the overall measure.

1418-3
3 mm / 5 mm

i

Buser Knochenschaber · Buser bone scraper

Mit dem Knochenschaber nach Buser wird ein Instrument zur Verfügung gestellt, welches über die Breiten 3 und 5 mm verfügt. Damit lässt sich autologer Knochen direkt am OP-Eingriffsgebiet sammeln. Durch die speziell gehärteten Arbeitsenden ist die Schärfe des Instruments für lange Zeit gewährleistet.

With the bone scraper by Buser is an instrument provided which has working tips with the measures of 3 mm and 5 mm. This instrument makes it very easy to collect autologous bone directly in the area of the treatment. Specially hardened working tips ensure sharpness for a long time.

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

CE Alle CE gekennzeichneten Produkte gemäß Medizinprodukterichtlinie 93/42/EWG entnehmen Sie dem Index ab Seite 50.
All CE marked products according to the Medical Device Directive 93/42/EEC are mentioned in the index from page 50.

1896 SCHWERT SWORD SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN
SYNONYM FOR QUALITY & TRUST

i

Flexible Sinuslift Küretten · Flexible sinus lift curettes

Optimales Feingefühl beim lateralen Sinuslift. Die versehentliche Perforation der Sinusmembran ist eine Komplikation, die häufig während der Anhebung des Sinusbodens (Sinuslift, SBE) auftritt. Das neue SCHWERT Sinuslift-Instrumentarium erhöht durch stumpfe, flexible Arbeitsenden mit „Swing-Effekt" die Taktilität und das operative Feingefühl bei der direkten Sinusbodenelevation. Durch die spezielle Formgebung und Beschaffenheit des Edelstahls zwischen Griff und aktivem Part wird leichter Druck abgefedert und dem Operateur eine direkte Rückmeldung vermittelt. Gleichzeitig wird die Perforationsgefahr der Schneider'schen Membran auf ein Minimum reduziert.
Bereits bei der Entwicklung wurde auf eine besonders praktikable Handhabung geachtet. Durch die verschieden abgewinkelten Enden wird die Navigation auch in schwer zugänglichen Bereichen erleichtert. Die Instrumentenlinie umfasst sechs Kürettenfiguren um der jeweiligen OP-Situation optimal gerecht zu werden. Ergänzt werden diese durch Stopfer-/ und Löffelinstrument zur Einbringung des Augmentats.

An optimum sensitivity during the laterally lift procedure. The perforation of the Schneiderian membrane is a complication that often occurs during a maxillary sinus floor augmentation procedure. The new SCHWERT Sinus-Lift Instruments increase the sensitivity by blunt and flexible working tips with "Swing-Effect". Because of their special shapes and the characteristic of the stainless steel between the handle and the active part, light pressure is cushioned and gives the operator a direct and sensitive response. The risk to perforate the Schneiderian membrane is reduced to a minimum.
Already during their development the focus was a practicable handling. Because of varying angulations and shapes of the active parts they are easy to navigate also in difficult areas. The line of curettes consists of six different figures for every situation. Spoon and condenser complement the set to place the bone graft.








1790-85
Set, beinhaltet: 1435-2, 1435-3, 1435-4, 1435-5, 1435-7, 1435-8, 2616-25 Medizinbecher 25 ccm, 2605-02
Set, consisting of: 1435-2, 1435-3, 1435-4, 1435-5, 1435-7, 1435-8, 2616-25 Medicine cup 25 ccm, 2605-02

1896 SCHWERT SWORD SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN
SYNONYM FOR QUALITY & TRUST

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

CE Alle CE gekennzeichneten Produkte gemäß Medizinprodukterichtlinie 93/42/EWG entnehmen Sie dem Index ab Seite 50.
All CE marked products according to the Medical Device Directive 93/42/EEC are mentioned in the index from page 50.

SCHWERT
SWORD · ESPADA
EPEE · SPADA



1435-1
FIG. 1
20,4 cm

1435-2
FIG. 2
20,7 cm

1435-3
FIG. 3
20,0 cm

1435-4
FIG. 4
19,5 cm

1435-7
FIG. 5
19,0 cm

1435-8
FIG. 8
20,0 cm

1435-5
17,6 cm
Löffelinstrument
Spoon instrument

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

CE Alle CE gekennzeichneten Produkte gemäß Medizinprodukterichtlinie 93/42/EWG entnehmen Sie dem Index ab Seite 50.
All CE marked products according to the Medical Device Directive 93/42/EEC are mentioned in the index from page 50.

1896 SCHWERT SWORD SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN
SYNONYM FOR QUALITY & TRUST

i

IDR Kit nach Dr. J. C. M. Rosa · IDR Kit acc. to Dr. J. C. M. Rosa

Die Auswahl des richtigen Meißels erfolgt Anhand der Größe des für den Defekt benötigten Knochenchips, der aus dem Tuber maxillae gewonnen wird. Die gängigsten Instrumente hierfür sind die Lexer Flach- und Hohlmeißel in 6, 8 oder 10 mm Breite. Generell sollte der gewählte Meißel etwa 2 mm weiter als der benötigte Knochenchip gewählt werden.
Die Meißel besitzen ein in Millimetern graduiertes Arbeitsende um so bereits während der Gewinnung die Dimensionen in Länge und Breite des Knochenchips beurteilen zu können.

The selection of the right chisel to remove the graft from the maxillary tuberosity is performed according to the shape of the existing defect in the receiving area and the required bone volume. The most suitable chisel shapes are the straight and the gouge ones of 6, 8 or 10 mm width; as a general rule, the chosen chisel should be 2 mm wider than the graft width to be removed.
These chisels have a milimetered active part with the aim to ease the graft measurement at the moment of removal, allowing the obtention of a bone specimen with suitable length and thickness.

1790-90

José Carlos Martins da Rosa
CURRICULUM VITAE

- Graduation course in Dentistry, Federal University of Santa Maria Dental School – UFSM – Santa Maria/RS – Brazil, 1988
- Specialization course in Periodontics, São Paulo Association of Dentists – APCD – Bauru / SP – Brazil, 1991
- Specialization course and Master of Science in Prosthesis, CPO SLMandic – Center of Dental Research São Leopoldo Mandic – Campinas / SP – Brazil, 2005
- Doctorade Student in Implantology, CPO SLMandic – Center of Dental Research São Leopoldo Mandic – Campinas / SP – Brazil
- Author of the book: Immediate Dentoalveolar Restoration – Immediate-loaded implants in compromised alveolar sockets, by Santos Publishing (São Paulo, Brazil) in Portuguese and Spanish and by Quintessence Publishing in English
- Private Practice, Caxias do Sul – RS – Brazil

1896 SCHWERT SWORD SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN
SYNONYM FOR QUALITY & TRUST

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

CE Alle CE gekennzeichneten Produkte gemäß Medizinprodukterichtlinie 93/42/EWG entnehmen Sie dem Index ab Seite 50.
All CE marked products according to the Medical Device Directive 93/42/EEC are mentioned in the index from page 50.

05.2018

Abbildung Illustration	Artikel-Nr. Item-No.	Artikelbezeichnung Description
	1790-90	IDR Kit mit SCHWERT Protector 274 x 172 x 41 mm REF 2602-1 bestehend aus: IDR Kit with SCHWERT Protector 274 x 172 x 41 mm REF 2602-1 consisting of:
	1675-06	6 mm, Lexer-Mini Osteotom / Osteotome, 18 cm
	1675-08	8 mm, Lexer-Mini Osteotom / Osteotome, 18 cm
	1675-10	10 mm, Lexer-Mini Osteotom / Osteotome, 18 cm
	1676-06	6 mm, Lexer-Mini Hohlmeißel / Gouge, 18 cm
	1676-08	8 mm, Lexer-Mini Hohlmeißel / Gouge, 18 cm
	1676-10	10 mm, Lexer-Mini Hohlmeißel / Gouge, 18 cm
	1697-0Ti	Titan Knochenstopfer Graduation 3 / 6 / 9 / 12 / 15 mm, Ø 1,0 / 2,0 mm Bone Condenser with exchangeable Titanium tips
	2619-10	Medizinbecher, rostfrei Medicine Cup, stainless steel

1675-06

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

CE Alle CE gekennzeichneten Produkte gemäß Medizinprodukterichtlinie 93/42/EWG entnehmen Sie dem Index ab Seite 50.
All CE marked products according to the Medical Device Directive 93/42/EEC are mentioned in the index from page 50.

1896 SCHWERT SWORD SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN
SYNONYM FOR QUALITY & TRUST

i

Bone Spreading Instrumente · Bone spreading instruments

Altbewährte Instrumente im neuen Kleid! Unsere bekannten Knochenspreizinstrumente wurden nun um eine Farbkodierung erweitert, welche die schnelle und einfache Bestimmung, der benötigten Instrumente ermöglicht.
Nach der Pilotbohrung, werden die Instrumente inseriert. Durch vorsichtige Drehbewegung wird die gewünschte Knochenspreizung erreicht, die Drehung wird dabei soweit fortgesetzt, bis das nächstgrößere Instrument eingeführt werden kann. Diese Schritte werden wiederholt, bis der geforderte Implantat durchmesser erreicht wurde.

Well tried instruments in a new look! Our well known bone spreading instruments were improved by a color coding for an easy and fast determination which instrument is necessary during the treatment. After the pilot drill is carried out, the instruments are going to be inserted. The wished bone spreading is achieved, by small turning movements of the instrument. The turning is sustained until it is possible to insert the next larger instrument. The steps are repeated, up to the required implant diameter is reached.





1710-00
Set, beinhaltet: alle 8 Instrumente und Waschtray 2599-10
Set, consisting of: all 8 instruments and tray 2599-10

Art. Nr. Item-No.	Form der Instrumentenspitze Shape of the instrument tip	Ø außen Ø exterior	Graduierung graduation
1710-122	bajonett bayonet	2,2 mm	2 / 4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 14
1710-128	bajonett bayonet	2,8 mm	2 / 4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 14
1710-134	bajonett bayonet	3,4 mm	2 / 4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 14
1710-140	bajonett bayonet	4,0 mm	2 / 4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 14
1710-22	gerade straight	2,2 mm	2 / 4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 14
1710-28	gerade straight	2,8 mm	2 / 4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 14
1710-34	gerade straight	3,4 mm	2 / 4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 14
1710-40	gerade straight	4,0 mm	2 / 4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 14

1896 SCHWERT SWORD SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN
SYNONYM FOR QUALITY & TRUST

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

CE Alle CE gekennzeichneten Produkte gemäß Medizinprodukterichtlinie 93/42/EWG entnehmen Sie dem Index ab Seite 50.
All CE marked products according to the Medical Device Directive 93/42/EEC are mentioned in the index from page 50.

SCHWERT
SWORD · ESPADA
EPEE · SPADA

COLOR CODE

i

SCHWERT Küretten & Scaler · SCHWERT curettes & scalers

- Ergonomisch
- Präzise
- Scharf
- Farbcodiert
- Auswechselbar
- Ergonomic
- Precise
- Sharp
- Color coded
- Exchangeable

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

CE Alle CE gekennzeichneten Produkte gemäß Medizinprodukterichtlinie 93/42/EWG entnehmen Sie dem Index ab Seite 50.
All CE marked products according to the Medical Device Directive 93/42/EEC are mentioned in the index from page 50.

1896 SCHWERT SWORD SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN
SYNONYM FOR QUALITY & TRUST

Parodontologie · Periodontal

UpDate!

COLOR CODE GRACEY Küretten · GRACEY curettes



3301-100
GRACEY Set, beinhaltet: GRACEY 5/6, 7/8, 11/12, 13/14, Scaler 204S, Waschtray 2599-05
GRACEY Set, consisting of: GRACEY 5/6, 7/8, 11/12, 13/14, Scaler 204S, tray 2599-05

3301-100M5
GRACEY Mini Set, beinhaltet: GRACEY 1/2M5, 7/8M5, 11/12M5, 13/14M5, Scaler 204S, Waschtray 2599-05
GRACEY Mini Set, consisting of: GRACEY 1/2M5, 7/8M5, 11/12M5, 13/14M5, scaler 204S, tray 2599-05

3303-100
Prophylaxe Set Universal, bestehend aus: Universal Küretten LANGER 1/2, 3/4, 5/6, M23A, Scaler 204S und Waschtray 2599-05
Prophylaxe Kit Universal, consisting of: Universal curettes LANGER 1/2, 3/4, 5/6, M23A, Scaler 204S and tray 2599-05

1896 SCHWERT SWORD SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN
SYNONYM FOR QUALITY & TRUST

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

CE Alle CE gekennzeichneten Produkte gemäß Medizinprodukterichtlinie 93/42/EWG entnehmen Sie dem Index ab Seite 50.
All CE marked products according to the Medical Device Directive 93/42/EEC are mentioned in the index from page 50.

05.2018

SCHWERT
SWORD · ESPADA
EPEE · SPADA

3310-101G

3310-102G



3301-01
GRA 1/2

Für Front- und Eckzähne, leicht gewinkelt
For anterior incisors and canines, slightly angled

3310-103G

3310-104G



3301-03
GRA 3/4

Für Frontzähne und Prämolaren, leicht gewinkelt
For anterior and premolars, slightly angled

3310-105G

3310-106G

Wechsel-Schlüssel
3300-00 (Seite 34)
Exchange key
3300-00 (Page 34)



3301-05
GRA 5/6

Für Front- und Eckzähne, gewinkelt
For anterior incisors and canines, angled

3310-107G

3310-108G



3301-07
GRA 7/8

Für Prämolaren/Molaren, bukkal/lingual, stärker gewinkelt
For premolars/molars, buccal/lingual, strongly angled

3310-109G

3310-110G



3301-09
GRA 9/10

Für Prämolaren/Molaren, bukkal/lingual, sehr stark gewinkelt
For premolars/molars, buccal/lingual, very strongly angled

3310-111G

3310-112G



3301-11
GRA 11/12

Für Prämolaren/Molaren, alle mesialen Flächen
For all mesial surfaces of premolars/molars

3310-113G

3310-114G



3301-13
GRA 13/14

Für Prämolaren/Molaren, alle distalen Flächen
For all distal surfaces of premolars/molars

3310-115G

3310-116G



3301-15
GRA 15/16

Für Prämolaren/Molaren, alle mesialen Flächen, entgegengesetzte Schneiden zu 13/14
For premolars/molars, all mesial surfaces, angulation like 13/14, but opposite blades

3310-117G

3310-118G



3301-17
GRA 17/18

Für Prämolaren/Molaren, optimaler Zugang im distalen Bereich, für tiefe Taschen
For premolars/molars, for optimal access to distal surfaces and deep pockets

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

CE Alle CE gekennzeichneten Produkte gemäß Medizinprodukterichtlinie 93/42/EWG entnehmen Sie dem Index ab Seite 50.
All CE marked products according to the Medical Device Directive 93/42/EEC are mentioned in the index from page 50.

1896 SCHWERT SWORD SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN
SYNONYM FOR QUALITY & TRUST

i

GRACEY Mini-Küretten · GRACEY Mini-Curettes

Die SCHWERT Mini-Graceys besitzen im Vergleich zu Standard Gracey Figuren einen um 3 mm längeren 1er Schaft und um 50% verkürzte Arbeitsenden

Besonders geeignet für:

- Enge, tiefe Taschen
- Wurzelglättung
- dünnen parodontalen Biotyp

NEU! Jetzt mit Titan Spitzen zur Implantat Reinigung

Compared to standard Gracey figures the SCHWERT Mini-Gracey have a 3 mm longer 1st shaft and a 50% shortened active tip.

They are recommended for:

- deep and narrow pockets
- root planing
- for thin periodontal biotypes

NEW! Now also with titanium tips for implant cleaning

3310-101GM5
3310-101GM5-Ti

3310-102GM5
3310-102GM5-Ti



3301-01M5 GRA 1/2M5 — Deep scaling für Frontzähne und Prämolaren, gewinkelt / Deep scaling for anteriors and premolars, angled

3301-01M5Ti GRA 1/2M5 — Mit Titanspitzen / Titanium tips

3310-107GM5
3310-107GM5-Ti

3310-108GM5
3310-108GM5-Ti



3301-07M5 GRA 7/8M5 — Deep scaling für Prämolaren und Molaren, bukkal/lingual, gewinkelt / Deep scaling for premolars and molars, buccal/lingual, angled

3301-07M5Ti GRA 7/8M5 — Mit Titanspitzen / Titanium tips

3310-111GM5
3310-111GM5-Ti

3310-112GM5
3310-112GM5-Ti



3301-11M5 GRA 11/12M5 — Deep scaling für Prämolaren und Molaren, mesial, doppelt gewinkelt / Deep scaling for premolars and molars, mesial, double angled

3301-11M5Ti GRA 11/12M5 — Mit Titanspitzen / Titanium tips

3310-113GM5
3310-113GM5-Ti

3310-114GM5
3310-114GM5-Ti



3301-13M5 GRA 13/14M5 — Deep scaling für Prämolaren und Molaren, distal, doppelt gewinkelt / Deep scaling for premolars and molars, distal, double angled

3301-13M5Ti GRA 13/14M5 — Mit Titanspitzen / Titanium tips

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

CE Alle CE gekennzeichneten Produkte gemäß Medizinprodukterichtlinie 93/42/EWG entnehmen Sie dem Index ab Seite 50.
All CE marked products according to the Medical Device Directive 93/42/EEC are mentioned in the index from page 50.

SCHWERT
SWORD · ESPADA
EPEE · SPADA

i

Ti Küretten · Ti curettes

Universal-Küretten zur Implantatreinigung mit auswechselbaren, sehr grazil ausgearbeiteten Titan-Spitzen, zur Entfernung der angelagerten Plaque-Schichten auf Implantathälsen. **Die Titan-Spitzen sind nachschleifbar.**
All purpose implant curettes with exchangeable, very delicate titanium inserts to remove the accumulated plaque film on implant necks. **The titanium inserts are resharpenable.**

3310-101L-Ti — 3310-102L-Ti



3303-01Ti L 1/2
LANGER L 1/2, Universal Kürette, Titan Spitzen, für Unterkiefer Prämolaren/Molaren
LANGER L 1/2, universal curette, titanium tips, for mandibular posterior

3310-103L-Ti — 3310-104L-Ti



3303-03Ti L 3/4
LANGER L 3/4, Universal Kürette, Titan Spitzen, für Oberkiefer Prämolaren/Molaren
LANGER L 3/4, universal curette, titanium tips, for maxillary posterior

3310-105L-Ti — 3310-106L-Ti



3303-05Ti L 5/6
LANGER L 5/6, Universal Kürette, Titan Spitzen, für Oberkiefer/Unterkiefer Frontzähne
LANGER L 5/6, universal curette, titanium tips, for maxillary and mandibular anterior

3310-123L-Ti — 3310-123R-Ti



3302-04Ti CU 4R/4L
COLUMBIA UNIVERSITY 4R/4L, Universal Kürette, Titan Spitzen, für Oberkiefer/Unterkiefer Prämolaren/Molaren
COLUMBIA UNIVERSITY 4R/4L, universal curette, titanium tips, for maxillary and mandibular posterior

3300-00
Schlüssel zum Auswechseln der Arbeitsenden
Key to exchange working tips

i

Wechsel-Schlüssel · Exchange key

Zum auswechseln der Arbeitsenden, passend für alle COLOR CODE Instrumente. **Tip:** Zum Ausrichten der Spitzen empfiehlt es sich, zwei Schlüssel zu verwenden.

For exchanging the working tips, fits for all COLOR CODE Instruments. **Tip:** For a parallel adjustion we recommend to use two keys.

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

CE Alle CE gekennzeichneten Produkte gemäß Medizinprodukterichtlinie 93/42/EWG entnehmen Sie dem Index ab Seite 50.
All CE marked products according to the Medical Device Directive 93/42/EEC are mentioned in the index from page 50.

1896 SCHWERT SWORD SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN
SYNONYM FOR QUALITY & TRUST

Parodontologie · Periodontal

UpDate!

COLOR CODE Scaler · Scaler

3305-06
H 6/7

HYGIENIST Sichelscaler mit Kontrawinkel, für Frontzähne und Prämolaren, mesial/distal
HYGIENIST sickle scaler with opposed tips, for anterior and premolares, mesial/distal

3305-533
H5/33

HYGIENIST/JACQUETTE Scaler 5/33, für Frontzähne und Prämolaren, speziell zur Entfernung von starkem Zahnstein
HYGIENIST/JACQUETTE Scaler 5/33, for anterior and premolares, especially for heavy calculus

3305-02
CI 2/3

KAPLAN Sichelscaler mit großer, der Zahnkontur angepasster Fazialfläche. Zum Entfernen von starkem Zahnstein, Kunststoff-, Zement- und Klebstoffrückständen in allen Interdentalräumen
KAPLAN sickle scaler with large facial surfaces matched to tooth contours for removing heavy calculus, plastic, cement, or adhesive residues from all interdental spaces

3305-35
U135

Scaler mit kleiner, der Zahnkontur angepasster Fazialfläche, für alle Interdentalräume
Scaler with small facial surfaces matched to tooth contours, for all interdental spaces

3306-02
T2/3

TAYLOR mittelgroßer Sichelscaler, der Zahnkontur angepasster Fazialfläche, für alle Interdentalräume
TAYLOR medium-sized scaler with facial surfaces matched to tooth contours, for all interdental spaces

3305-04S
204S

Sichelscaler zur Zahnsteinentfernung der Interdentalräume im Molarenbereich
Sickle scaler for removing dental plaque from interdental spaces in the molar area

3305-04SD
204SD

Sichelscaler zur Zahnsteinentfernung schmaler Interdentalräume im Bereich der Prämolaren und Frontzähne.
Sickle scaler for removing dental plaque from narrow interdental spaces in the premolar and frontal area.

3305-23
M23

Universal Sichelscaler zur Zahnsteinentfernung der Interdentalräume
Universal sickle scaler for removing calculus from interdental spaces

3305-GX
GXC4

Universal Sichelkürette (Scaler), abgerundeten Spitzen
Universal sickle curette (scaler), rounded tips

1896 SCHWERT
SWORD SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN
SYNONYM FOR QUALITY & TRUST

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

CE Alle CE gekennzeichneten Produkte gemäß Medizinprodukterichtlinie 93/42/EWG entnehmen Sie dem Index ab Seite 50.
All CE marked products according to the Medical Device Directive 93/42/EEC are mentioned in the index from page 50.



3302-02 COLUMBIA UNIVERSITY 2R/2L, für Frontzähne
CU 2R/2L — COLUMBIA UNIVERSITY 2R/2L, for front teeth



3302-13CU COLUMBIA UNIVERSITY 13/14, Universal Kürette, besonders für Wurzelglättung
CU 13/14 — COLUMBIA UNIVERSITY 13/14, universal curette, especially for root planing



3302-04 COLUMBIA UNIVERSITY 4R/4L, Universal Kürette, für Oberkiefer/Unterkiefer Prämolaren/Molaren
CU 4R/4L — COLUMBIA UNIVERSITY 4R/4L, universal curette, for maxillary and mandibular posterior



3302-13 MCCALL 13S/14S, Universal Scaler, für approximal der Frontzähne und Prämolaren, filigrane, spitze Arbeitsenden
MC 13S/14S — MCCALL 13S/14S, universal scaler, for interdental spaces of front teeth and premolars, fine, sharply pointed tips



3302-17 MCCALL 17S/18S, Universal Scaler, für Molaren, filigrane, runde Arbeitsenden
MC 17S/18S — MCCALL 17S/18S, universal scaler for molars, fine, rounded tips



3303-01 LANGER L 1/2, Universal Kürette, für Unterkiefer Prämolaren/Molaren
L 1/2 — LANGER L 1/2, universal curette, for mandibular posterior



3303-03 LANGER L 3/4, Universal Kürette, für Oberkiefer Prämolaren/Molaren
L 3/4 — LANGER L 3/4, universal curette, for maxillary posterior



3303-05 LANGER L 5/6, Universal Kürette, für Oberkiefer/Unterkiefer Frontzähne
L 5/6 — LANGER L 5/6, universal curette, for maxillary and mandibular anterior



3302-23A Universal Kürette M 23A, für Ober-/Unterkiefer, supragingivalen Zahnstein, grazile Ausführung
M23A — Universal curette M 23A, for upper and lower jaw teeth and supragingival calculus, slim

i

OPTIFLEX Kunststoff PA-Sonden Einsätze · OPTIFLEX plastic PA-Probe inserts

Die Optiflex PA-Sonden Einstätze aus Kunststoff, bieten ein flexibles Arbeitsende, welches sich hervorragend der Anatomie, der Zähne, beim Messen der Taschentiefe, anpasst. Die Spitzen sind in den unterschiedlichen gängigen Graduierungen erhältlich. Die schwarzen Markierungen sind farbstabil und bieten einen sehr guten Kontrast im Vergleich zum weißen Kunststoff und dem Zahnfleisch. Dies vereinfacht die Ablesung um ein Vielfaches. Die Spitzen sind sterilisierbar und durch das M4 x 0,5 Gewinde in jeden beliebigen Griff, mit genanntem Gewinde, einsetzbar. Z. B. REF: 3300-02 oder 3300-31.

Nicht nur zum Feststellen des parodontalen Status sind die Einsätze geeignet, sondern auch hervorragend für die Verwendung am Implantat, da ein Verkratzen der Oberflächen ausgeschlossen ist.

Die Spitzen können verwendet werden, bis sie verbogen, ausgeblichen oder nicht mehr ablesbar sind.

Optiflex PA-Probe inserts made from plastic have a flexible working tip which adapts ideal to the anatomy of teeth, while measuring the depth of the pocket. The tips are availavle in the different common graduations. The black markings are color stable and offer a very good contrast in comparison to the white plastic and the gum. This simplyfies the readout a lot. The tips are sterilizable and are due to their M4 x 0.5 thread easy insertable into any handle with mentioned thread. E.g. REF: 3300-02 or 3300-31.

Not only for determine the parodontal status are the probes suited but also are perfectly suited for the use on an implant, as it is not possible to scratch the implant's surface.

The tips can be used until they are bent, lost their color or not readable anymore.

Verpackungsbeispiel
Sample packing

3409-1012
#1 Graduierung 3/6/8/11 mm
VPE=12 Stück M4 x 0,5 mm
#1 graduation 3/6/8/11 mm,
PU 12 pieces, M4 x 0.5 mm

3409-1112
#CPG12 Graduierung 3/6/9/12 mm
VPE=12 Stück M4 x 0,5 mm
#CPG12 graduation 3/6/9/12 mm,
PU 12 pieces, M4 x 0.5 mm

3409-100S
Gemischtes Set, enthält je zwei Optiflex Spitzen, der auf dieser Seite dargestellten Figuren
Mixed set, contains two Optiflex figures each, of the on that page presented figures.

3409-1212
#CPNG22 Graduierung 2/4/6/8/10/12 mm
VPE=12 Stück M4 x 0,5 mm
#CPNG22 graduation 2/4/6/8/10/12 mm,
PU 12 pieces, M4 x 0.5 mm

3409-1312
#PCPG 11,5 Graduierung 3,5/5,5/8,5/11,5 mm
VPE=12 Stück M4 x 0,5 mm
#PCPG 11,5 graduation 3,5/5,5/8,5/11,5, PU 12 pieces, M4 x 0.5 mm

3409-1512
#CNC Graduierung in 1-15 mm Schritten, North Carolina VPE= 12 Stück M4 x 0,5 mm
#CNC graduation in 1-15 mm steps, North Carolina, PU 12 pieces, M4 x 0.5 mm

1896 SCHWERT
SWORD SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN
SYNONYM FOR QUALITY & TRUST

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

CE Alle CE gekennzeichneten Produkte gemäß Medizinprodukterichtlinie 93/42/EWG entnehmen Sie dem Index ab Seite 50.
All CE marked products according to the Medical Device Directive 93/42/EEC are mentioned in the index from page 50.

SCHWERT
SWORD · ESPADA
EPEE · SPADA

i

COLOR CODE Universalgriff · Universal handle

COLOR **CODE** Universalgriff, einendig für alle OPTIFLEX Kunststoff-PA-Sonden oder alle gängigen Küretten-/ Scalereinsätze mit einem M4 x 0,5 Gewinde

COLOR **CODE** universal handle, single-ended for all OPTIFLEX plastic probes or all popular Curette and Scaler inserts with a M4 x 0.5 thread.

3300-11 violett
purple

3300-12 blau
blue

3300-13 grau
grey

3300-14 schwarz
black

3300-15 gelb
yellow

3300-16 grün
green

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

CE Alle CE gekennzeichneten Produkte gemäß Medizinprodukterichtlinie 93/42/EWG entnehmen Sie dem Index ab Seite 50.
All CE marked products according to the Medical Device Directive 93/42/EEC are mentioned in the index from page 50.

1896 SCHWERT SWORD SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN
SYNONYM FOR QUALITY & TRUST

Konservierung · Restorative

UpDate!

ULTRA Komposite Set · ULTRA Composite set

ULTRA



4085-00Ti
ULTRA Komposite Set, beinhaltet: 4085-01Ti, 4085-02Ti, 4085-03Ti, 4085-04Ti, Waschtray 2599-05
ULTRA Composite set, consisting of: 4085-01Ti, 4085-02Ti, 4085-03Ti, 4085-04Ti, tray 2599-05

4085-01Ti Komposite Spatel FIG. 1, fein, 1,8 / 1,5 mm, auswechselbar
Composite spatula FIG. 1, fine, 1.8 / 1.5 mm, exchangeable

4085-02Ti Komposite Spatel FIG. 2, groß, 2,9 / 2,7 mm, auswechselbar
Composite spatula FIG. 2, 2.9 / 2.7 mm, exchangeable

4085-03Ti Komposite Birnenstopfer, Ø 1,5 / 2,0 mm, auswechselbar
Composite pear shape plugger, Ø 1.5 / 2.0 mm, exchangeable

4085-04Ti Komposite Fissureninstrument, Ø 1,8 / 1,8 mm, auswechselbar, ein Ende speziell für distal anguliert
Composite occlusal former / burnisher, Ø 1.8 / 1.8 mm, exchangeable, one tip angulated especially for distal

4085-05Ti Komposite Kugelstopfer, fein, Ø 0,9 / 1,3 mm, auswechselbar
Composite ball plugger, fine, Ø 0.9 / 1.3 mm, exchangeable

1896 SCHWERT SWORD SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN
SYNONYM FOR QUALITY & TRUST

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

CE Alle CE gekennzeichneten Produkte gemäß Medizinprodukterichtlinie 93/42/EWG entnehmen Sie dem Index ab Seite 50.
All CE marked products according to the Medical Device Directive 93/42/EEC are mentioned in the index from page 50.

05.2018

ULTRA

SCHWERT
SWORD · ESPADA
EPEE · SPADA

i

ULTRA Komposite · ULTRA composite

Die schwarze ULTRA Beschichtung ist im Vergleich zu Standardinstrumenten extrem hart und kratzbeständig. Die blendfreie und glatte Oberflächenstruktur verhindert störende Lichtreflexionen und ein Anhaften von Compositen. Die chemischen Eigenschaften der Beschichtung führen bei der Anwendung von Lösungsmitteln oder Sterilisation zu keinen unerwünschten Reaktionen.

The black ULTRA coating is extremely hard and scratch resistant compared to standard instruments. The smooth and anti glare surface avoids disturbing reflections of light and is less sticky for composite materials. The coating does not react with cleaning solutions or throughout the sterilization process, due to its chemical characteristics.

Mit den neunen, superfeinen ULTRA Composite Spateln (4085-09Ti & 4085-10Ti) hat man sehr feine und hoch flexible Spateln entwickelt. Diese werden insbesondere geschätzt für die anspruchsvolle Arbeit in der ästhetischen Frontzahnzone.

With the new super fine ULTRA composite spatulas (4085-09Ti & 4085-10Ti) we invented very fine and high flexibles spatulas. They are appreciated particularly for the challenging work in the aesthetic front teeth area.

Wechsel-Schlüssel 3300-00 (Seite 34)
Exchange key 3300-00 (Page 34)

4085-06Ti Komposite Kugelstopfer, Ø 2,1 / 1,3 mm plan, auswechselbar
Composite ball plugger, Ø 2.1 / 1.3 mm flat, exchangeable

4085-07Ti Komposite Planstopfer, Ø 1,6 / 2,5 mm, auswechselbar
Composite plugger, Ø 1.6 / 2.5 mm, exchangeable



4085-08Ti Komposite Spatel, 1,7 / 1,7 mm, auswechselbar, für interproximal mesial / distal
Composite spatula, 1.7 / 1.7 mm, exchangeable, especially interproximal mesial / distal

4085-09Ti Komposite Spatel, 1,0 mm, sehr fein, flexibel
Composite spatula, 1.0 mm, very fine, flexible

4085-10Ti Komposite Spatel, 1,4 mm, sehr fein, flexibel
Composite spatula, 1.4 mm, very fine, flexible

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

CE Alle CE gekennzeichneten Produkte gemäß Medizinprodukterichtlinie 93/42/EWG entnehmen Sie dem Index ab Seite 50.
All CE marked products according to the Medical Device Directive 93/42/EEC are mentioned in the index from page 50.

1896 SCHWERT SWORD SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN
SYNONYM FOR QUALITY & TRUST

i

Prothetik Schraubendreher Set · Prosthetics screwdrivers set

Die Anzahl verschiedener Implantatsysteme nimmt ständig zu und in Praxis und Labor müssen laufend Implantat-Abutments aller Art gelöst werden. Mit dem SCHWERT Prothetik Schraubendreher Set können über 90% der am Markt etablierten Verschraubungen gelöst werden.

- Die einzelnen Instrumente sind im Tray zur schnellen Identifizierung gekennzeichnet.
- Es ist jeweils eine kurze und lange Version enthalten.
- Die einzelnen Schraubendreher können über das Winkelstück betrieben, oder per Adapter und Finger- / kalibrierter Drehmomentratsche eingedreht werden.
- Die Schraubendreher sind für Drehmomente > 30 Ncm Hexagon-Spannsystem kompatibel.

The number of different Implantsystems is increasing constantly and in dental practice and dental lab it is necessary to loosen implant abutments of all kinds. By using the SCHWERT Prosthetics screwdriver set it is possible to loosen more than 90% of the established screwings.

- Each instrument is marked in the tray for fast identification. The kit contains always a short and a long version.
- The screwdrivers fit in the hand piece or can be used by adapter and a finger / torque ratchet.
- The hexagonal receptacle system allows torques > 30 Ncm to be transferred.

6802-50
Einbringhilfe zur manuellen Verschraubung ohne Ratsche
Inserting assistant for manual screwing without wrench

6802-100
Prothetik Schraubendreher Set
Prosthetics screwdrivers set

Hexagon Spannsystem kompatibel für Drehmomente >30 Ncm
Hexagon chucking system compatible for torques >30 Ncm

6802-72
Drehmomentratsche: RKI-konform komplett zerlegbar zur Aufbereitung
Torque wrench: Completely dismountable for reprocessing

Entnahmehilfe im Rack integriert
Detaching assistant included in the rack

1896 SCHWERT SWORD SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN
SYNONYM FOR QUALITY & TRUST

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

CE Alle CE gekennzeichneten Produkte gemäß Medizinprodukterichtlinie 93/42/EWG entnehmen Sie dem Index ab Seite 50.
All CE marked products according to the Medical Device Directive 93/42/EEC are mentioned in the index from page 50.

05.2018

	Artikel-Nr. Item-No.	Artikelbezeichnung Description	Menge Quantity
	6802-100	Schraubendreher Set: 18 Schlüssel, 1 Ratsche, 1 Eindrehhilfe/Adapter, 1 Rack, 1 Box Screwdrivers set: 18 keys, 1 ratchet, 1 inserting assistant / adapter, 1 rack , 1 box	1 Set 1 Set
	6803-100	Schraubendreher Set: 18 Schlüssel, **1 Drehmomentratsche**, 1 Eindrehhilfe/Adapter, 1 Rack, 1 Box Screwdrivers set: 18 keys, **1 ratchet with torque**, 1 inserting assistant / adapter, 1 rack , 1 box	1 Set 1 Set
	6802-72	Ratsche mit Drehmoment, 10 Ncm bis 40 Ncm, mit Fixierfunktion zum Deaktivieren des Drehmoments (im Set 6803-100 enthalten) Ratchet with torque, 10 to 40 Ncm, with fixing function for deactivating the torque (included in set 6803-100)	1 Stück 1 piece
	6802-70	Ratsche mit abnehmbarem Griff / manuelle Eindrehhilfe (im Set 6802-100 enthalten) Ratchet with removable handle / manual inserting assistant (included in set 6802-100)	1 Stück 1 piece
	6801-01	Rack für Schraubendreher Rack for screwdrivers	1 Stück 1 piece
	2608-32	Edelstahl Box gelocht 18 x 9 x 3 cm (ohne Abbildung) Stainless steel box perforated 18 x 9 x 3 cm (without illustration)	1 Stück 1 piece
	6802-50	Eindrehhilfe/Adapter, für alle Schlüssel Inserting assistant/adapter for srewdrivers, for all keys	1 Stück 1 piece
		Schraubendreher, kurz, 21 mm · Screwdrivers, short, 21 mm	
☆	6802-01	Torx T6 x 21 mm, Torx 6 Straumann, Aesthura Torx T6 x 21 mm, Straumann, Aesthura	1 Stück 1 piece
▭	6802-02	Schlitz 1,6 x 21 mm, Universal Schlitz schmal flat 1.6 x 21 mm, universal flat narrow	1 Stück 1 piece
▭	6802-03	Schlitz 2,0 x 21 mm, Universal Schlitz breit flat 2.0 x 21 mm, universal flat wide	1 Stück 1 piece
⬡	6802-04	Sechskant SW 0,03 Zoll x 21 mm, CAMLOG Allen key SW 0.03" x 21 mm, CAMLOG	1 Stück 1 piece
⬡	6802-05	Sechskant SW 0,05 Zoll x 21 mm, CAMLOG, Sulzer (Zimmer), Semados, Biomet 3I Allen key SW 0.05" x 21 mm, CAMLOG, Sulzer (Zimmer), Semados, Biomet 3I	1 Stück 1 piece
⬡	6802-06	Sechskant SW 0,9 x 21 mm, IMPLA, Tiolox, Bredent, XIVE Allen key SW 0.9 x 21 mm, IMPLA, Tiolox, Bredent, XIVE	1 Stück 1 piece
⬡	6802-07	Sechskant SW 1,0 x 21 mm, Ankylos Allen key SW 1.0 x 21 mm, Ankylos	1 Stück 1 piece
⬡	6802-08	Sechskant SW 1,2 x 21 mm, IMPLA, Nobel Biocare, Frialit, IMZ, XIVE, Biomet 3I Allen key SW 1.2 x 21 mm, IMPLA, Nobel Biocare, Frialit, IMZ, Biomet 3I	1 Stück 1 piece
⬡	6802-09	Sechskant SW 1,8 x 21 mm, Ankylos Allen key SW 1.8 x 21 mm, Ankylos	1 Stück 1 piece
		Schraubendreher, lang, 26 mm · Screwdrivers, long, 26 mm	
☆	6803-01	Torx T6 x 26 mm, Torx 6 Straumann, Aesthura Torx T6 x 26 mm, Straumann, Aesthura	1 Stück 1 piece
▭	6803-02	Schlitz 1,6 x 26 mm, Universal Schlitz schmal flat 1.6 x 26 mm, universal flat narrow	1 Stück 1 piece
▭	6803-03	Schlitz 2,0 x 26 mm, Universal Schlitz breit flat 2.0 x 26 mm, universal flat wide	1 Stück 1 piece
⬡	6803-04	Sechskant SW 0,03 Zoll x 26 mm, CAMLOG Allen key SW 0.03" x 26 mm, CAMLOG	1 Stück 1 piece
⬡	6803-05	Sechskant SW 0,05 Zoll x 26 mm, CAMLOG, Sulzer (Zimmer), Semados, Biomet 3I Allen key SW 0.05" x 26 mm, CAMLOG, Sulzer (Zimmer), Semados, Biomet 3I	1 Stück 1 piece
⬡	6803-06	Sechskant SW 0,9 x 26 mm, IMPLA, Tiolox, Bredent, XIVE Allen key SW 0.9 x 26 mm, IMPLA, Tiolox, Bredent, XIVE	1 Stück 1 piece
⬡	6803-07	Sechskant SW 1,0 x 26 mm, Ankylos Allen key SW 1.0 x 26 mm, Ankylos	1 Stück 1 piece
⬡	6803-08	Sechskant SW 1,2 x 26 mm, IMPLA, Nobel Biocare, Frialit, IMZ, XIVE, Biomet 3I Allen key SW 1.2 x 26 mm, IMPLA, Nobel Biocare, Frialit, IMZ, XIVE, Biomet 3I	1 Stück 1 piece
⬡	6803-09	Sechskant SW 1,8 x 26 mm, Ankylos Allen key SW 1.8 x 26 mm, Ankylos	1 Stück 1 piece
		Ergänzend zum Set · Supplementary to the set	
	2870	Implantat-Haltepinzette, Titan (nicht im Set enthalten / Seite 39) Implant holding tweezers, Titanium (not part of the set / page 39)	1 Stück 1 piece

SCHWERT
SWORD · ESPADA
EPEE · SPADA

ALLE HANDELSMARKEN SIND DAS EIGENTUM DER JEWEILIGEN FIRMEN. Für Abweichungen aufgrund implantatseitiger Toleranzen können wir keine Gewährleistung übernehmen!
ALL TRADEMARKS ARE PROPERTY OF THE RESPECTIVE COMPANIES. For deviations due to implant's tolerances we can't take any guarantee.

i

Universal Kronenabnahmezange
Universal crown removal pliers

Zum Abheben von provisorischen Kronen und Brücken und Einpassen von prothetischen Arbeiten. Insbesondere für schwierige und besonders festsitzende Abnahmen geeignet.

Specially designed for easy removal and fitting of temporary crowns, cast crowns or metal cores. Especially recommended for tight and difficult removals.

4930
Universal Kronenabnahmezange mit auswechselbaren Kunststoffbacken im Set: Zange mit Feststellschraube und Rückholfeder, 20 Polymer Kunststoffbacken und 10 g Diatrac Adhäsivpulver
Universal crown removal pliers with exchangeable plastic tips.
Set including: Pliers with adjustment screw and retaining spring, 20 plastic-polymer tips and 10 g Diatrac adhesive powder

4930-13
Nachbestell Set:
10 g Diatrac Adhäsivpulver,
40 Polymer Kunststoffbacken
Replacement set:
10 g Diatrac adhesive powder,
40 plastic-polymer tips

4926

i

Kronenspreizzange · Crown spreader

Mit der SCHWERT Kronenspreizzange werden Rotationskräfte beim Spreizen der Krone zuverlässig verhindert, zum Schutz der darunter liegenden Wurzel und des Nervs.

With the SCHWERT crown spreader it is possible to spread off crowns without rotation on the root underneath, in order to protect the nerve.

1896 SCHWERT SWORD SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN
SYNONYM FOR QUALITY & TRUST

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

CE Alle CE gekennzeichneten Produkte gemäß Medizinprodukterichtlinie 93/42/EWG entnehmen Sie dem Index ab Seite 50.
All CE marked products according to the Medical Device Directive 93/42/EEC are mentioned in the index from page 50.

3635-1 Mikrosonde, doppelendig, Arbeitsende 45° / 90°
Micro probe, double ended, working tips 45° / 90°

3635-2 Retro Instrument, Kugel Ø 1,5 mm, Spatel gerade
Retro instrument, ball Ø 1.5 mm, straight spatula



3635-3 Retro Instrument, Kugel Ø 1,5 mm, Spatel gebogen
Retro instrument, ball Ø 1.5 mm, curved spatula

3635-4 Retro Instrument mikro, Kugel Ø 0,8 / Stopfer Ø 0,5 mm, 130° gewinkelt
Retro instrument micro, ball plugger Ø 0.8 / plugger Ø 0.5 mm, 130° angulated

3635-5 Retro Instrument mikro, Kugel Ø 0,8 / Stopfer Ø 0,5 mm, 130° gewinkelt
Retro instrument micro, ball plugger Ø 0.8 / plugger Ø 0.5 mm, 130° angulated

3635-6 Retro Instrument mikro, Kugel Ø 0,8 / Stopfer Ø 0,5 mm, 65° gewinkelt
Retro instrument micro, ball plugger Ø 0.8 / plugger Ø 0.5 mm, 65° angulated

3305-45 Mini Scaler doppelendig, Arbeitsenden 45° / 90°
Mini scaler double ended, working tips 45° / 90°



3465-14 Exkavator chirurgisch, doppelendig, gewinkelt 1,4 mm, flach
Surgical excavator, double ended, 1.4 mm, flat

3465-12 Exkavator chirurgisch, doppelendig, gewinkelt 1,2 mm, rund
Surgical excavator, double ended, 1.2 mm, round

i

Bürsten mit Nylonborsten · Brushes with nylon bristles

PROBLEM: Metallbürsten
Sie zerstören die Passivschicht der Instrumentenoberfläche!
LÖSUNG: Bürsten mit Nylonborsten.

PROBLEM: Metal brushes
They destroy the passive layer of the instrument surface!
SOLUTION: Brushes with nylon bristles

2600-60
doppelseitig,
sterilisierbar,
VPE: 3 Stück
double-ended,
sterilizable,
packing untit:
3 pieces

2600-61
für Absauger
Ø 1,5 mm
for aspirator
Ø 1.5 mm

2600-62
für Absauger
Ø 3 mm und
Ø 5 mm
for aspirator
Ø 3 mm and
Ø 5 mm

3297
Paraffinum Perliquidum
50 ml
(Paraffin Öl / Medizinisches Weißöl)
(Paraffin Oil / Medical Whiteoil)

Medizinisches Weißöl zur Pflege der Instrumente mit Gelenk und zur Benutzung als Schleiföl. Physiologisch unbedenklich nach DAB 10.

Medical Whiteoil for maintenance of instrument hinges and for use as sharpening oil. Physically harmless acc. to DAB 10.

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

CE Alle CE gekennzeichneten Produkte gemäß Medizinprodukterichtlinie 93/42/EWG entnehmen Sie dem Index ab Seite 50.
All CE marked products according to the Medical Device Directive 93/42/EEC are mentioned in the index from page 50.



2600-1
SCHWERT PROTECTOR
1/1 mit Stegen,
270 x 175 x 40 mm
SCHWERT PROTECTOR
1/1 with racks,
270 x 175 x 40 mm

2610-1
SCHWERT PROTECTOR
1/1 mit Stegen,
270 x 175 x 40 mm
SCHWERT PROTECTOR
1/1 with racks,
270 x 175 x 40 mm

2600-50
Deckelinstrumentenhalter zur Fixierung von Scheren / Nadelhaltern
Lid Instrument Fixation to fix scissors / needle holders in the washbasket

i leicht zuschneidbar
easy to cut



2600-11
Instrumentenauflage hoch, 260 mm, universal, Silikon
Instrument holder for tray, 260 mm, universal, silicone

2600-12
Instrumentenauflage hoch, 130 mm, universal, Silikon
Instrument holder for tray, 130 mm, universal, silicone

2600-13
Instrumentenauflage hoch, 81 mm, universal, Silikon
Instrument holder for tray, 81 mm, universal, silicone



2600-21
Instrumentenniederhalter, 260 mm, Silikon
Holding down clamp, 260 mm, silicone

2600-22
Instrumentenniederhalter, 130 mm, Silikon
Holding down clamp, 130 mm, silicone

2600-23
Instrumentenniederhalter, 81 mm, Silikon
Holding down clamp, 81 mm, silicone

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

CE Alle CE gekennzeichneten Produkte gemäß Medizinprodukterichtlinie 93/42/EWG entnehmen Sie dem Index ab Seite 50.
All CE marked products according to the Medical Device Directive 93/42/EEC are mentioned in the index from page 50.

1896 SCHWERT SWORD SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN
SYNONYM FOR QUALITY & TRUST

Index · Index

UpDate!

Numerischer Index · Numeric index

Alle Medizinprodukte gemäß Medizinprodukterichtlinie 93/42/EWG sind im numerischen Index CE gekennzeichnet.
Alle Medizinprodukte welche neben der CE Kennzeichnung mit der benannten Stelle zu versehen sind, sind durch * am CE im numerischen Index gekennzeichnet.
Die benannte Stelle entnehmen Sie bitte unseren aktuell gültigen Zertifikaten. Diese erhalten Sie auf Anfrage oder Download unter www.schwert.com

All medical devices according to the Medical Device Directive 93/42/EEC are marked with CE in the numerical index.
All CE marked medical devices that have to be provided with the notified body are marked with * next to the CE mark, in the numerical index.

The notified body is available through our latest valid certificates. These are available per request or download from www.schwert.com

Artikel-Nr. · Item-No.	Seite · Page	
152-2	23	CE
152-7	23	CE
152-13	23	CE
152-17	23	CE
152-18	23	CE
152-22	23	CE
152-33	23	CE
152-51A	23	CE
152-67A	23	CE
152-79	23	CE
152-100	23	CE
614-30	25	CE
615-1	24	CE
615-2	24	CE
615-3	24	CE
617-01	20	CE
617-02	20	CE
617-03	20	CE
617-04	20	CE
617-05	21	CE
617-06	21	CE
617-07	22	CE
617-08	21	CE
617-09	21	CE
617-10	21	CE
617-11	21	CE
617-12	22	CE
617-13	22	CE
617-14	22	CE
617-15	22	CE
617-20	18	CE
617-100	19	CE
617-100S	19	CE
1033-50	2	CE
1033-60	2	CE
1053-10	2	CE
1053-110	2	CE
1053-11	2	CE
1053-111	2	CE
1053-112	2	CE
1053-112D	2	CE
1053-115	2	CE
1053-115C	2	CE
1053-12	2	CE
1053-12D	2	CE
1053-15	2	CE
1053-15C	2	CE
1063-10	2	CE*
1063-11	2	CE*
1063-12	2	CE*
1063-12D	2	CE*
1063-15	2	CE*
1063-15C	2	CE*
1070-00	3	CE
1070-64	3	CE*
1070-67	3	CE*
1070-69	3	CE*
1110-400	12	CE
1110-400B	12	CE
1110L	11	CE
1111-400	12	CE
1111-400B	12	CE
1111-400L	11	CE
1111L	11	CE
1117-400	13	CE
1117-400B	13	CE
1125-400	13	CE
1125-400B	13	CE
1133-400	12	CE
1133-400B	12	CE
1135-17	3	CE
1136-17	3	CE
1137-17	3	CE
1139-11L	11	CE
1139-400B	13	CE
1208-300	4	CE
1208-305	5	CE
1208-320	4	CE
1208-330	4	CE
1208-340	4	CE
1208-345	5	CE
1208-355	5	CE
1225-15TC	16	CE
1372-0	17	CE
1372-1	17	CE
1372-2	17	CE
1372-10	17	CE
1372-11	17	CE
1372-12	17	CE
1402	15	CE
1411-01	6	CE
1411-02	6	CE
1411-03	6	CE
1411-04	6	CE
1411-05	6	CE
1411-06	6	CE
1411-07	6	CE
1411-08	6	CE
1418-3	27	CE
1435-1	29	CE
1435-2	29	CE
1435-3	29	CE
1435-4	29	CE
1435-5	29	CE
1435-7	29	CE
1435-8	29	CE
1650-1	10	CE
1650-2	10	CE
1650-15	10	CE
1650-30	10	CE
1650-365	10	CE
1650-40	10	CE
1651-1	10	CE
1651-2	10	CE
1675-06	31	CE
1676-06	31	CE
1675-08	31	CE
1675-10	31	CE
1676-08	31	CE
1676-10	31	CE
1697-0Ti	31	CE
1705-2	8	CE
1705-3	8	CE
1705-4	8	CE
1705-15	8	CE
1705-25	8	CE
1705-35	8	CE
1705-55	9	CE
1705-65	9	CE
1705-75	9	CE
1705-110	8	CE
1705-112	8	CE
1705-210	8	CE
1705-211	8	CE
1705-310	8	CE
1705-311	8	CE
1705-510	9	CE
1705-511	9	CE
1705-610	9	CE
1705-611	9	CE
1705-710	9	CE
1705-711	9	CE
1706-1	18	CE
1706-2	18	CE
1706-3	18	CE
1710-00	32	CE
1710-22	32	CE
1710-28	32	CE
1710-34	32	CE
1710-40	32	CE
1710-122	32	CE
1710-128	32	CE
1710-134	32	CE
1710-140	32	CE
1722	26	CE
1722-01	26	CE
1722-02	26	CE
1732-10	27	CE
1790-85	28	CE
1790-90	30, 31	CE
1790-100	52	CE
1790-130	9	CE
1933-1	15	CE
1933-50	15	CE
1935	14	CE
2000-10	7	CE
2000-16	7	CE
2000-60	7	CE
2000-66	7	CE
2513	14	CE
2514	14	CE
2559-1	16	CE
2559-2	16	CE
2561-2	26	CE
2561-21	26	CE
2562-1	16	CE
2562-2	16	CE
2564-15	16	CE
2564-30	16	CE
2564-50	16	CE

1896 SCHWERT
SWORD SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN
SYNONYM FOR QUALITY & TRUST

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

CE Alle CE gekennzeichneten Produkte gemäß Medizinprodukterichtlinie 93/42/EWG entnehmen Sie dem Index ab Seite 50.
All CE marked products according to the Medical Device Directive 93/42/EEC are mentioned in the index from page 50.

05.2018



SCHWERT
SWORD · ESPADA
EPEE · SPADA

2599-10	19	CE
2600-1	49	CE
2610-1	49	CE
2600-11	49	CE
2600-12	49	CE
2600-13	49	CE
2600-21	49	CE
2600-22	49	CE
2600-23	49	CE
2600-50	49	CE
2600-60	48	
2600-61	48	
2600-62	48	
2608-32	45	CE
2619-10	31	CE
2870	45	CE
3297	48	CE
3300-00	37	CE
3300-11	41	CE
3300-12	41	CE
3300-13	41	CE
3300-14	41	CE
3300-15	41	CE
3300-16	41	CE
3301-01	35	CE
3301-03	35	CE
3301-05	35	CE
3301-07	35	CE
3301-09	35	CE
3301-11	35	CE
3301-13	35	CE
3301-15	35	CE
3301-17	35	CE
3301-01M5	36	CE
3301-01M5Ti	36	CE
3301-07M5	36	CE
3301-07M5Ti	36	CE
3301-100	34	CE
3301-100M5	34	CE
3301-11M5	36	CE
3301-11M5Ti	36	CE
3301-13M5	36	CE
3301-13M5Ti	36	CE
3302-02	39	CE
3302-04	39	CE
3302-13	39	CE
3302-13CU	39	CE
3302-17	39	CE
3302-04Ti	37	CE
3302-23A	39	CE
3303-01	39	CE
3303-03	39	CE
3303-05	39	CE
3303-01Ti	37	CE
3303-03Ti	37	CE
3303-05Ti	37	CE
3303-100	34	CE
3305-02	38	CE
3305-06	38	CE
3305-23	38	CE
3305-35	38	CE
3305-45	47	CE
3305-45L	47	CE
3305-45R	47	CE
3305-04S	38	CE
3305-04SD	38	CE
3305-GX	38	CE
3305-533	38	CE
3306-02	38	CE
3310-101G	35	CE
3310-101GM5	36	CE
3310-101GM5-Ti	36	CE
3310-107GM5-Ti	36	CE
3310-101L	39	CE
3310-101L-Ti	37	CE
3310-102CI	38	CE
3310-102G	35	CE
3310-102GM5	36	CE
3310-102GM5-Ti	36	CE
3310-102L	39	CE
3310-102LC	39	CE
3310-102L-Ti	37	CE
3310-102RC	39	CE
3310-102TA	38	CE
3310-103	38	CE
3310-103G	35	CE
3310-103L	39	CE
3310-103L-Ti	37	CE
3310-103TA	38	CE
3310-104G	35	CE
3310-104L	39	CE
3310-104LC	39	CE
3310-104L-Ti	37	CE
3310-104RC	39	CE
3310-104XL	38	CE
3310-104XR	38	CE
3310-105G	35	CE
3310-105H	38	CE
3310-105L	39	CE
3310-105L-Ti	37	CE
3310-106G	35	CE
3310-106H	38	CE
3310-106L	39	CE
3310-106L-Ti	37	CE
3310-107G	35	CE
3310-107GM5	36	CE
3310-107H	38	CE
3310-108G	35	CE
3310-108GM5	36	CE
3310-108GM5-Ti	36	CE
3310-109G	35	CE
3310-110G	35	CE
3310-111G	35	CE
3310-111GM5	36	CE
3310-111GM5-Ti	36	CE
3310-112G	35	CE
3310-112GM5	36	CE
3310-112GM5-Ti	36	CE
3310-113C	39	CE
3310-113G	35	CE
3310-113GM5	36	CE
3310-113GM5-Ti	36	CE
3310-113MC	39	CE
3310-114C	39	CE
3310-114G	35	CE
3310-114GM5	36	CE
3310-114GM5-Ti	36	CE
3310-114MC	39	CE
3310-115G	35	CE
3310-116G	35	CE
3310-117G	35	CE
3310-117MC	39	CE
3310-118G	35	CE
3310-118MC	39	CE
3310-123AL	38	CE
3310-123AR	38	CE
3310-123L	39	CE
3310-123L-Ti	37	CE
3310-123R	39	CE
3310-123R-Ti	37	CE
3310-133J	38	CE
3310-135UL	38	CE
3310-135UR	38	CE
3310-204L	38	CE
3310-204LD	38	CE
3310-204R	38	CE
3310-204RD	38	CE
3409-100S	40	CE
3409-1012	40	CE
3409-1112	40	CE
3409-1212	40	CE
3409-1312	40	CE
3409-1512	40	CE
3465-12	47	CE
3465-12L	47	CE
3465-12R	47	CE
3465-14	47	CE
3465-14L	47	CE
3465-14R	47	CE
3635-1	47	CE
3635-2	47	CE
3635-3	47	CE
3635-4	47	CE
3635-5	47	CE
3635-6	47	CE
3635-10L	47	CE
3635-10R	47	CE
3635-20L	47	CE
3635-20R	47	CE
3635-30R	47	CE
3635-40L	47	CE
3635-40R	47	CE
3635-50L	47	CE
3635-60L	47	CE
4084-101Ti	42	CE
4084-102Ti	42	CE
4084-103Ti	42	CE
4084-104Ti	42	CE
4084-105Ti	42	CE
4084-106Ti	43	CE
4084-107Ti	43	CE
4084-108Ti	43	CE
4084-109Ti	43	CE
4084-110Ti	43	CE
4084-111Ti	42	CE
4084-112Ti	42	CE
4084-113Ti	42	CE
4084-114Ti	42	CE
4084-115Ti	42	CE
4084-116Ti	43	CE
4084-117Ti	43	CE
4084-118Ti	43	CE
4084-119Ti	43	CE
4084-120Ti	43	CE
4085-09Ti	43	CE
4085-00Ti	42	CE
4085-10Ti	43	CE
4085-01Ti	42	CE
4085-02Ti	42	CE
4085-03Ti	42	CE
4085-04Ti	42	CE
4085-05Ti	42	CE
4085-06Ti	43	CE
4085-07Ti	43	CE
4085-08Ti	43	CE
4926	46	CE
4930	46	CE
4930-13	46	CE
6801-01	45	CE
6802-01	45	CE
6802-02	45	CE
6802-03	45	CE
6802-04	45	CE
6802-05	45	CE
6802-06	45	CE
6802-07	45	CE
6802-08	45	CE
6802-09	45	CE
6802-50	44, 45	CE
6802-70	45	CE
6802-72	44, 45	CE*
6802-100	44, 45	CE
6803-01	45	CE
6803-02	45	CE
6803-03	45	CE
6803-04	45	CE
6803-05	45	CE
6803-06	45	CE
6803-07	45	CE
6803-08	45	CE
6803-09	45	CE
6803-100	45	CE

CE Alle CE gekennzeichneten Produkte gemäß Medizinprodukterichtlinie 93/42/EWG entnehmen Sie dem Index ab Seite 50.
All CE marked products according to the Medical Device Directive 93/42/EEC are mentioned in the index from page 50.

SCHWERT
SWORD · ESPADA
EPEE · SPADA

UpDate!

1896 SCHWERT
SWORD SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN
SYNONYM FOR QUALITY & TRUST

1790-100
MIKROCHIRURGIE KIT
bestehend aus:
1033-50, 1070-00, 1411-01,
1208-300, 2000-60, 1135-17
MICRO SURGICAL KIT
consisting of:
1033-50, 1070-00, 1411-01,
1208-300, 2000-60, 1135-17

1896 SCHWERT
SWORD SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN
SYNONYM FOR QUALITY & TRUST

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

CE Alle CE gekennzeichneten Produkte gemäß Medizinprodukterichtlinie 93/42/EWG entnehmen Sie dem Index ab Seite 50.
All CE marked products according to the Medical Device Directive 93/42/EEC are mentioned in the index from page 50.

BRENNPUNKT-DESIGN.COM

99800-217UPDATE 05.2018